



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на дозиметрична апаратура”

рег. № в АОП 00353-2017-0149

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос по документацията за участие в обществената поръчка с вх. №Ф-5528/05.10.2017 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

По обособена позиция №2 „Доставка и внедряване в АИСИДК на индивидуални електронни дозиметри измерващи гама-лъчение“

В ТЗ 2017.30.РК.ХQ.ТЗ.1470, т.4.2 изисква дозиметрите да са одобрен тип за използване в страните от Европейския съюз.

В т.5.1 се изисква на дозиметрите да бъде извършена първоначална проверка от специализирана лаборатория на Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ към Българския институт по метрология.

В Постановление № 61 от 19 март 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, в чл.1а (4) е записано: „Средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол съгласно чл. 5 от Закона за измерванията (ЗИ), с одобрен тип по реда на националното законодателство на друга държава – членка на ЕС....., произведени и законно пуснати на пазара й, се пускат на пазара и/или в действие, при условие че осигуряват достоверност и точност на измерванията, отговарящи на изискванията на наредбата за съответното СИ, след вписване в регистъра и **подлежат на последваща проверка** по реда на тази наредба“.

В чл.1а (5) Средствата за измерване по ал. 4, които не са преминали първоначална проверка, подлежат на такава по реда на тази наредба.“

При участие с дозиметри, произведени и пуснати на пазара от страна – членка на Европейския съюз, преминали първоначална проверка в специализирана лаборатория в страната на производителя и имат нанесен знак за първоначална метрологична проверка следва ли да минават първоначална проверка и в БИМ или съгласно чл.1а (4) подлежат само на последваща проверка, т.к. съгласно чл.1а (5) първоначална проверка се изисква само за тези, които не са преминали такава.

ОТГОВОР:

Ако дозиметрите попадат в условията на Чл. 1а. (3) от НАРЕДБА за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол - "Средствата за измерване с ЕИО одобрен тип и извършена ЕИО първоначална проверка, пуснати на пазара на Европейския съюз (ЕС) или на Европейското икономическо пространство, или на Турция, подлежат само на последваща проверка по реда на наредбата", то тогава не следва те да преминат на първоначална проверка в лаборатория на БИМ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР




ИВАН АНДРЕЕВ