



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка лабораторна апаратура”

рег. № в АОП 00353-2018-0104

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-3727/20.06.2018г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС №: По Техническа спецификация № 2018.30.ХК.00.ТСП 1873 за доставка на рН метър, тип йон-анализатор. В техническата спецификация на уреда е цитиран точно определен модел електрод, а именно Radiometer тип GK2401C. Електродът от този тип е за точно определен модел уред на фирма Radiometer (Radiometer MeterLab legacy meters), уред който вече не се произвежда. Свързващият куплунг на този електрод е строго специфичен и е съвместим само с определени модели уреди, които вече са спрени от производство. Поради тази причина няма как да се оферира рН метър с електрод Radiometer тип GK2401C. Моля за коригиране спецификацията на електрода, за да може да се оферира подходяща комбинация от уред и електрод

ОТГОВОР №: Отговорът на зададеният въпрос се съдържа във вече публикуваните на 14.06.2018г. в профила на купувача разяснения по документацията, както следва - Обособена позиция № 2 – рН метър, тип йон-анализатор, ОТГОВОР № 1.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ

