



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка лабораторна апаратура”

рег. № в АОП 00353-2018-0104

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-3768/22.06.2018г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

Обособена позиция № 6 – Апарат автоматичен за определяне на пламна температура в затворен тигел по Пенски-Мартенс

ВЪПРОС №: В техническата спецификация е записано:

„...Калибровка на температурен сензор за пробата

Калибровка на температурен сензор за нагриващ блок

Калибровка на сензора за атмосферно налягане...“

Какво се има предвид, апаратът да дава възможност за извършване на тези калибровки, или да бъде калибриран. Ако трябва да бъде калибриран, то дали това трябва да бъде съгласно ISO 17025, или може да бъде и със заводска калибровка.

ОТГОВОР №: Автоматичният апарат за определяне на пламна температура по Пенски-Мартенс да бъде със:

- заводска калибровка на температурен сензор за пробата,
 - заводска калибровка на температурен сензор за нагриващ блок,
 - заводска калибровка на сензора за атмосферно налягане
- и самият апарат да прилага процедури за извършване на тези калибровки.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

