



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка лабораторна апаратура”

рег. № в АОП 00353-2018-0104

**Относно:** Разяснения по документацията за участие в процедура

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-3824/25.06.2018г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

## Обособена позиция № 2 – рН метър, тип йон-анализатор

**ВЪПРОС №:** В техническите изисквания към електрода е посочено: „Електрод Radiometer рН комбиниран, тип GK2401C. Диаметър: 12 мм“. По актуални данни на фирмата производител единственият Radiometer рН комбиниран електрод от този тип GK2401C е предлаганият от фирмата „Art. 945-252, Radiometer Analytical GK2401C Combination рН Electrode (d=9.5 mm, type 7 plug)“, който е с диаметър d=9.5 мм.

Молим да бъдем информирани дали ще бъде приет „Електрод Radiometer рН комбиниран, тип GK2401C (d=9.5 mm, type 7 plug)“ с диаметър d=9.5мм като единствена алтернатива на изискваният се, според техническото задание, комбиниран рН електрод с диаметър d=12мм.

**ОТГОВОР №:** Да, ще бъде приет „Електрод Radiometer рН комбиниран, тип GK2401C (d=9.5 mm, type 7 plug)“ с диаметър d=9.5мм.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

