

ДОГОВОР№ 196000013Днес, 05.04.2019 год., в гр. Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД със седалище и адрес на управление 3320 гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Асенов Михов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

“Локатор-К” ООД със седалище и адрес на управление 1404 гр. София, община Столична, област София (столица), вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121462406, представлявано от Красимир Милчев Даков – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл.183 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Заповед №АД-476/25.02.2019 г. на Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за класиране и определяне на изпълнител по обособените позиции на обществената поръчка с предмет “Доставка на еталонно оборудване“ по пет обособени позиции

се сключи настоящия Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на еталонно оборудване съобразно Приложение №2-Технически спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, наричано за краткост в Договора “стока” или „оборудване“, включено в следните обособени позиции:

- Обособена позиция № 1:

- Доставка на сравняващо устройство (хидравлична преса) за създаване на налягане до 250 MPa

- Доставка на оборудване за метрологично осигуряване на средства за измерване на налягане с измервателен обхват от 0 до 2000 Pa

- Обособена позиция № 3:

- Доставка на трифазен калибратор за метрологично осигуряване на измервателни преобразуватели на мощност в унифициран изходен сигнал,

в обем, номенклатура, технически данни, количества, единични и общи цени посочени в спецификациите ценовите таблици на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** - Приложение №3 и Приложение №4, които са неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на 40 200.00 (четиридесет хиляди и двеста лева, нула стотинки) лева без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS' 2010, както следва:

- за обособена позиция № 1 в размер на 14 200.00 лева, съгласно Приложение №4.1 от договора;

- за обособена позиция № 3 в размер на 26 000.00 лева, съгласно Приложение №4.2 от договора;

2.1.1. Цената по т.2.1. е сума от цените, посочени в Приложение №4 от договора

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след приемане на доставките по съответната обособена позиция, срещу представени за всяка от обособените позиции: оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол без забележки от входящ контрол.

2.4. Плащане по настоящия договор ще бъде извършвано чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, по банковите реквизити посочени във фактурата.

3. СРОКОВЕ

3.1 Доставките ще бъдат извършени в следните срокове, които се считат от датата на подписване на договора, както следва:

- в срок до 40 (четиридесет) календарни дни, за стоката от Об. поз. № 1;
- в срок до 90 (словом) календарни дни, за стоката от Об. поз. № 3.

3.2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ. МАРКИРОВКА. ПРИЕМАНЕ.

4.1 При предаване на доставената стока страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2 Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноси и собствен риск.

4.4. Оборудването по всяка от обособените позиции да е опаковано в отделна, транспортна опаковка-оригинална опаковка на производителя, която осигурява надеждна защита и запазване на работоспособността на оборудването от механична увреда и влияние на външната среда (прах, влага, електромагнитно влияние и други) по време на транспортиране, товаро-разтоварни операции, съхранение и употреба, както и да съдържа опаковъчен лист и да носи необходимите обозначения (наименование, тип/модел, дата/година на производство, завода-производител, условия за съхранение, тегло-бруто/нето и др.).

4.5. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката, на факс 0973/72047 или на електронен адрес: commercial@npp.bg.

4.6. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

- гаранционна карта;
- свидетелство/сертификат за калибриране от акредитирана лаборатория;
- декларация за съответствие;
- декларация за произход;
- инструкция за експлоатация и съхранение, на български и в оригинал;
- документ, в който са описани условията за съхранение и срока на годност, на български език;
- други указани в техническите спецификации за съответната обособена позиция (където е приложимо)

4.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на оригиналния език и в превод на български език, на хартиен носител и електронен носител-CD.

4.8. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т.4.6 или некомплектована доставка, на Изпълнителя се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.9. В случай на забава от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да отстрани забележките в срока по предходната точка /т.4.8/ по този начин той възпрепятства приемането на доставката и оформянето при **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на Протокол без забележки от входящ контрол за приемане на доставката. В този случай се фактурира наем за съответния тип складови площи, по единични цени съобразно заетата складова площ, както следва:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.10. За периода на отговорно пазене на стоките до приемането им по реда на т.4.12. се съставя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който комисията за входящ контрол описва всички данни, включително тип и размер на заетата складова площ.

4.11. На основание констативния протокол /т.4.10/ **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем и може да извърши прихващане на сумата за наема от сумата на дължимото от него плащане за приетата доставка. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може сам да заплати дължимия от него наем по един от следните начини: чрез внасяне на сумата в брой в касата или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4.12. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на протокол без забележки, от входящ контрол на доставката.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоката, предмет на доставка по този договор, ще бъде новопроизведена и доставена с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация/сертификат за съответствие и свидетелство/сертификат за калибриране.

5.2. Оборудването, предмет на доставка по обособена позиция №1 (ТЗ №17.МО.ТСП.953 и ТС №17.МО.ТСП.954) трябва да е произведена не по-рано от 2 (две) години преди датата на доставка.

5.3. На стоката предмет на доставка по настоящия договор ще бъде извършен общ входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката/доставката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации, вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.4. За стоката предмет на доставка по двете обособени позиции от договора се установява гаранционен срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от доставката.

5.5. Ако в рамките на гаранционния срок се появят дефекти в работата на оборудването, които не са вследствие на неправилна експлоатация, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги отстранява със свои сили и за своя сметка, в срок до 45 (четиридесет и пет) работни дни от датата на писменото съобщение с описание на дефектите.

5.6. Ако дефектът не може да бъде отстранен, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** със свои сили и за своя сметка е длъжен да замени дефектното оборудване или част с ново/нова, в максимален срок от 8 (осем) седмици. Върху новодоставеното се установява нов гаранционен срок съгласно т.5.4. от договора.

5.7. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършват не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на срока по т.5.4.

5.8. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1 Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. Дейностите в обхвата на този договор нямат отношение към изисквания, посочени в Общи условия-Приложение №1, за които е необходимо одобрение за започване на дейностите по договора и издаване на протокол за проверка от Дирекция „Безопасност и Качество” на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение по реда на раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора.

6.4 Неразделна част от този договор са следните приложения:

Приложение №1 - Общи условия на договора;

Приложение №2- Технически спецификации, както следва:

Приложение №2.1 за Обособена позиция № 1:

o Техническа спецификация № 17.МО.ТСП.953

o Техническа спецификация № 17.МО.ТСП.954

Приложение №2.2 за Обособена позиция № 3:

o Техническа спецификация № 18.МО.ТСП.153

Приложение №3 – Спецификации на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както следва:

Приложение №3.1 – Спецификация за обособена позиция № 1;

Приложение №3.2 - Спецификация за обособена позиция № 3;

Приложение №4 - Ценови таблици на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Приложение №4.1 – Ценова таблица за обособена позиция № 1;

Приложение №4.2 - Ценова таблица за обособена позиция № 3;

6.5 Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са: Кирил Банев, р-л лаборатория ЕРИ, отдел МО тел.: 0973/76150 и Стелиян Стефанов, р-л сектор ИД, У-ние И, тел.: 0973/72694.

6.6 Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е Красимир Даков, управител, тел. 02/962-18-81, м.т. 0888-64-11-68 email: lokator@dir.bg; sales@lokator.com

6.7 Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Локатор-К“ ООД
1404 гр. София, общ. Столична
ж.к. Гоце Делчев, бл. 258, вх. А, ет.1, ап.1
тел.[факс]: 02/9621881; [02/9622139]
email: lokator@dir.bg
ЕИК: 121462406
ИН по ЗДДС: BG 1214

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
КРАСИМИР ДАКОВ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел.[факс]:0973/73530; [0973/76027]
email: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НАСКО МИХОВ

Съгласували:

Зам. изпълнител
20 . 03 2019

Директор Б и К:

15 . 03 2019 г. [Redacted] Едрев/

Директор ПТД:

11 . 03 2019 г. [Redacted]

Р-л У-ние "Правно"

25 . 03 2019 г. [Redacted]

Р-л У-ние "Търговска"

22 . 03 2019 г. [Redacted] тргова//

Н-к отдел ОП, У-ние "Търговска"
20 . 03 2019 г. /С. Брешко [Redacted]

Р-л лаборатория ЕРИ, БиК-К - МО
21 . 03 2019 г. /К. Банев/ [Redacted]

Р-л сектор ИД, У-ние „Инвестиции“
21 . 03 2019 г. /Ст. Стефанов/ [Redacted]

Гл. юрисконсулт, У-ние "Правно"
21 . 03 2019 г. /В. [Redacted]

Изготвил, експерт ОП:
18 . 03 2019 г. /М. [Redacted] ова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
5. ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8. ЛИЧНИ ДАННИ.....	4
9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	5
10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	6
11. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	6
12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	7
13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	9
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	9
15. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	10
16. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	10
17. НЕУСТОЙКИ	10
18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	11
19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	11
20. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	11
21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	12
22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	12
23. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	12
24. ЕЗИК НА ДОГОВОРА	12

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при

източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Страните се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), в качеството им администратори на лични данни.

8.2. За целите на настоящия раздел под обработване на лични данни се разбира всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба,

разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбинирани, ограничаване, изтриване или унищожаване.

8.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор.

8.4. В случай че при изпълнение на договора възникне необходимост от предаване на получени лични данни в трета държава или международна организация, съответната страна /получател на данните/ като администратор на лични данни се задължава да уведоми другата страна, освен ако такова предаване на данни е необходимо съгласно действащото законодателство на Европейския съюз, като във всички случаи се задължава да предприеме необходимите и достатъчни мерки за запазване на конфиденциалността на данните. В случаите по предходното изречение, получаващата страна предоставя на другата страна достатъчно доказателства, удостоверяващи че предоставянето на данните от обработващото ги лице става съгласно предварително документирано нареждане на администратора – изпълнител.

8.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки, гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност. В случаите, когато за целите на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни, последният следва да предприеме всички необходими мерки гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни, са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност.

8.6. Страните се задължават да предприемат всички необходими мерки за гарантиране сигурността на обработването на предоставените лични данни, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**.

8.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата информация, необходима да докаже, че е изпълнил поетите по-горе задължения и да съдейства при осъществяване на одити от страна на компетентни органи.

8.8. Страните - администратори на лични данни, се задължават да зачитат и удовлетворят правата на субектите на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, включително правото да искат коригиране, изтриване, ограничаване обработването на лични данни, правото на узнаване на източниците на данни, когато същите не са предоставени от субектите на личните данни, както и правото на получаване на копие от личните данни в достъпен електронен формат.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

9.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

9.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление на Външната организация, свързани с изпълняваните дейности по договора.

9.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.6. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

10.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

10.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

10.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

10.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

10.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

11. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

11.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

11.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за

техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

11.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

11.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;

- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИР3.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

11.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

11.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

11.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

12.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

12.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

12.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се

изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

12.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

12.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

12.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

12.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

12.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

12.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

12.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

12.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

12.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

12.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

12.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

12.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

12.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

12.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

12.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

12.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

12.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

13.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ДОД.ПБ.ПБ.307;

13.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки,.

14.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме

необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

15.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

15.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

15.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

15.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

15.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

16. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

17. НЕУСТОЙКИ

17.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.17.1. и 17.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

17.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 12 и 13 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

17.6. При три или повече нарушения по т. 17.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

18.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

18.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 19 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

18.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

18.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

18.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.17.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

19.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

19.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

19.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

20. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

20.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

20.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

- Техническо задание /техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- Предлагана цена.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

21.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и организира работата по договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

21.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

22.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и организира работата по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

22.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се уведомява писмено за предприетата промяна.

23. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

23.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

23.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

23.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – посочените в неговата оферта.

23.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

23.5. Комуникацията с чуждестранни ИЗПЪЛНИТЕЛИ се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

23.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

23.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

24. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

24.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

24.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Локагор-К” ООД
1404 гр. София, общ. Столична
ж.к. Гоце Делчев, бл. 258, вх. А, ет.1, ап.1
тел.[факс]: 02/9621881; [02/9622139]
email: lokator@dir.bg
ЕИК: 121462406
ИН по ЗДС: В

ИЗПЪЛНИТЕЛ

УПРАВИТЕЛ

КРАСИМИР ДАКОВ




ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел.[факс]:0973/73530; [0973/76027]
email: commercial@ppp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДС: В



ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

НАСКО МИХАИЛОВ




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: ОСО	УТВЪРЖДАВАМ	 
Система: ОК	РЪКОВОДИТЕЛ У-Е К:	
Подразделение: отдел МО	26... 09... 2017 г. /Ва	

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 № 17.МО.ТСП.953

за доставка

на сравняващо устройство (хидравлична преса) за създаване на налягане до 250 МПа

1. Описание на доставката
1.1. Описание на доставяното оборудване или материали

За осигуряване на метрологичната проверка на средства за измерване на налягане с измервателен обхват в диапазона от 0 до 250 МПа е необходимо закупуването на сравняващо устройство (хидравлична преса). Лабораторията разполага с еталонен цифров манометър Sika, Германия тип 0.2-Vit02B с обхват от 0 до 250 МПа (2500 bar). В момента максималното налягане, което може да бъде създадено в лабораторията е 120 МПа, поради което е затруднена метрологичната проверка на средствата за измерване в целия измервателен обхват.

Доставка включва:

- хидравлична преса (сравняващо устройство) за създаване на налягане – 1 брой.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

- Работните портове на хидравличната преса да бъдат окомплектовани с бързи резбови връзки, осигуряващи подвързване на проверяваните средства за измерване, със следните присъединителни резби: G 1/2, G 1/4, G 3/8, 1/2 NPT, 1/4 NPT и M20x1,5.

- Комплект резервни уплътнения за хидравличната преса – за срок на експлоатация от 3 години.
- Специализиран инструмент за ремонт и поддръжка на хидравличната преса според изискванията на завода производител.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Няма отношение.

2.2. Квалификация на оборудването

Няма отношение.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Няма отношение.

2.4. Характеристики на материалите

Няма отношение.

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Технически и метрологични характеристики.

Хидравлична преса (сравняващо устройство) за създаване на налягане:

- Създавано налягане - до 250 МРа;
- Възможност за грубо и фино регулиране на задаваното налягане;
- Два работни порта с бързосвърващи съединения, осигуряващи подвързване на средствата за измерване без използване на инструмент.

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Няма отношение.

2.7. Нормативно-технически документи

Няма специфични изисквания.

2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл.

Сравняващото устройство (хидравлична преса) трябва да е произведена не по-рано от 2 години от датата на доставката.

Гаранционният срок на оборудването да е не по-малко от 24 месеца след доставката.

Гаранционната поддръжка е задължение на Доставчика. Тя включва ремонтна дейност с цел отстраняване на възникнали дефекти, които не са по причина на неправилна експлоатация и не включва стандартни операции за профилактика.

В рамките на гаранционния срок дефектите се отстраняват от Доставчика за негова сметка в срок от 45 работни дни от датата на писменото съобщение с описание на дефектите.

Транспортните разходи са за сметка на Доставчика.

3. Опаковане, транспортиране и съхранение

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Изпълнителят трябва да достави оборудването в опаковка, която не позволява повреда при транспорт.

Опаковката да бъде съгласно изискванията на завода производител.

3.2. Условия за съхранение

Условията за съхранение се определят от производителя и следва да са посочени в съпътстващата го документация.

4. Документи, които се изискват при доставката

Документи, които трябва да съпровождат доставката:



- инструкция за експлоатация и съхранение на български език и в оригинал;
- декларация за произход на доставеното оборудване от производител/ доставчик;
- декларация за съответствие;
- опаковъчен лист;
- гаранционна карта;
- данъчна фактура.

5. Входен контрол

5.1. Доставеното оборудване подлежи на общ входящ контрол по установения в "АЕЦ Козлодуй" ред на ДОД.КД.ИК.112 "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй".

5.2. Няма отношение.


“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: ОСО	УТВЪРЖДАВАМ	 
Система: ОК	РЪКОВОДИТЕЛ У-Е	
Подразделение: отдел МО	К.Б. Д.А. 2017 г. /	

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 № 17.МО. ТСП. 954

за доставка

 на оборудване за метрологично осигуряване на средства за измерване на налягане с
 измервателен обхват от 0 до 2000 Pa

1. Описание на доставката
1.1. Описание на доставяното оборудване или материали

За осигуряване на метрологична проверка и калибриране в лаборатория ИНРН към отдел Метрологично осигуряване на средства за измерване на налягане с измервателен обхват в диапазона от 0 до 2000 Pa е необходимо закупуването на манометър с цифрови показания, който ще се използва като еталон. Модулът, който измерва налягането, може да бъде вграден или външен за манометъра.

Доставката включва:

- манометър с цифрови показания с обхват на измерване от 0 до 2000 Pa – 1 брой;
- прецизна ръчна помпа за създаване на съответното налягане – 1 брой.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструментите към доставката

- При наличие на външен модул за измерване на налягането, той трябва да е снабден с кабел за връзка с манометъра с дължина един метър.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите
2.1. Класификация на оборудването

Няма отношение.

2.2. Квалификация на оборудването

Няма отношение.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Няма отношение.

2.4. Характеристики на материалите

Няма отношение.

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Технически и метрологични характеристики.

- Измервателен обхват: от 0 до 2000 Pa;
- Клас на точност: $\leq 0,1$ % FS;
- Процесна връзка: G1/2;
- Единици за визуализиране на измерваното налягане от манометъра: Pa, kPa, psi, kgf/m²,

(mmHg, mmH₂O, mbar;

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Няма отношение.

2.7. Нормативно-технически документи

Няма специфични изисквания.

2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл.

Оборудването трябва да е произведено не по-рано от 2 години от датата на доставката.

Гаранционният срок на оборудването да е не по-малко от 24 месеца след доставката.

Гаранционната поддръжка е задължение на Доставчика. Тя включва ремонтна дейност с цел отстраняване на възникнали дефекти, които не са по причина на неправилна експлоатация и не включва стандартни операции за профилактика.

(В рамките на гаранционния срок дефектите се отстраняват от Доставчика за негова сметка в срок от 45 работни дни от датата на писменото съобщение с описание на дефектите.

Ако дефектът не може да бъде отстранен, Доставчика заменя елемента с нов за своя сметка в срок от 8 седмици. Транспортните разходи са за сметка на Доставчика. Върху новодоставените компоненти се установява нов гаранционен срок, равен на горепосочения.

3. Опаковане, транспортиране и съхранение

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Място на доставка – склад на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Изпълнителят трябва да достави оборудването в опаковка, която не позволява повреда при транспорт.

Опаковката да бъде съгласно изискванията на завода производител.

3.2. Условия за съхранение

Условията за съхранение се определят от производителя и следва да са посочени в съпътстващата го документация.

4. Документи, които се изискват при доставката

Доставката следва да бъде придружена със следните документи:

- инструкция за експлоатация и съхранение на български език и в оригинал;
- свидетелство за калибриране на манометъра от производителя или акредитирана лаборатория;
- декларация за произход на доставеното оборудване от производител/доставчик;
- декларация за съответствие;
- опаковъчен лист;
- гаранционна карта;
- данъчна фактура.

5. Входящ контрол

Доставеното оборудване подлежи на общ входящ контрол по установения в "АЕЦ Козлодуй" ред на ДОД.КД.ИК.112 "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй".


“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: ОСО

Система: ОК

Подразделение: отдел МО

УТВЪРЖДАВАМ

Р-Л УПРАВЛЕНИЕ “К.
ВАЛЕНТИНОВ

29.01.2018 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**№ 18.МО.ТСП.153**

за доставка на

трифазен калибратор за метрологично осигуряване
на измервателни преобразуватели на мощност в унифициран изходен сигнал

1. Описание на доставката**1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали****1.1.1. Необходимост**

Калибраторът на мощност е необходим за метрологична проверка на измервателни преобразуватели на мощност в унифициран изходен сигнал на място на експлоатация в състава на измервателни канали на място на експлоатация.

1.1.2. Общо описание

Доставката включва:

- трифазен калибратор на мощност;
- комплект измервателни кабели;
- куфар за транспортиране.

1.1.3. Обхват на доставката:

№	Продукт	Брой
1.	Трифазен калибратор на мощност с метрологични характеристики: - променливо напрежение: от 30 V до 250 V (45 Hz±65 Hz) с грешка ≤ 0,05 %; - променлив ток: от 10 mA до 6 A (45 Hz±65 Hz) с грешка ≤ 0,05 %; - активна мощност: 0÷3×1500 W с грешка ≤ 0,05 %; - фазово изместване: 0÷360 °; Захранване 230 VAC, 50 Hz; Интерфейс – RS232/GPIB/USB/Ethernet, Възможност за извършване на автоматизирани проверки чрез софтуер; Маса не повече от 30 kg	1 бр.

1.2. **Нестандартни /специализирани/ елементи, резервни части и инструменти към доставката**

Няма.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Няма специални изисквания.

2.2. Квалификация на оборудването

Няма специални изисквания.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Няма специални изисквания.

2.4. Характеристики на материалите

Няма специални изисквания.

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Няма специални изисквания.

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Няма специални изисквания.

2.7. Нормативно-технически документи

Няма специални изисквания.

2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Гаранционният срок да е не по-малко от 24 месеца от въвеждането на калибратора в експлоатация. Ако в рамките на гаранционния срок се появят дефекти в работата на калибратора, които не са вследствие на неправилна експлоатация, Доставчикът ги отстранява за своя сметка в срок от 45 работни дни от датата на писменото съобщение с описание на дефектите. Ако дефектът не може да бъде отстранен, Доставчикът заменя дефектиралите части с нови за своя сметка в срок от 8 седмици. Транспортните разходи са за сметка на Доставчика. Върху новодоставените части се установява нов гаранционен срок, равен на горепосочения.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Заявеният калибратор трябва да бъде доставен в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в оригинална опаковка на производителя.

3.2. Условия за съхранение

Доставката да бъде съпроводена с указания, определящи изискванията за съхранение.

4. Документи, които се изискват при доставката

Заедно със специфицираните изделия е необходимо да се доставят:

- гаранционна карта;
- инструкции за експлоатация и съхранение;
- свидетелство за калибриране, издадено от акредитирана лаборатория;
- декларация за произход;
- декларация за съответствие.


5. Входящ контрол, доставка и въвеждане в експлоатация

При доставката се извършва общ входящ контрол съгласно "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектующи изделия в "АЕЦ Козлодуй"", № ДОД.КД.ИК.112.



ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А www.lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 E-mail: lokator@dir.bg



ЕИК: 121462406/ ИН по ЗДДС: BG121462406

ОБРАЗЕЦ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ за Обособена позиция № 1

към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет "Доставка на еталонно оборудване"

Наименование на Обособената позиция:

1.1. Доставка на сравняващо устройство (хидравлична преса) за създаване на налягане до 250 МРа

1.2. Доставка на оборудване за метрологично осигуряване на средства за измерване на налягане с измервателен обхват от 0 до 2000 Ра

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	10
Технически изисквания на възложителя				Техническо описание, данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника						
№	Наименование и обхват по ТС №	М.ед	Количество	Наименование на устройството/компонента, обозначение на тип и модел на производителя	Технически характеристики	Стандарт, Нормативен документ, Каталоген номер на производителя	Година на производство	М.ед. (бр./кг)	Количество	Др. изисквания
1	Съгл. ТС.№ 17.МО. / ТСП.953			Хидравлична еталонна преса за високо налягане модел PR9144C	<p>Хидравлична преса (сравняващо устройство) за създаване на налягане:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Създавано налягане в обхват от - 80 kPa (вакуум) до 250 МРа; ➤ Възможност за грубо и фино регулиране на задаваното налягане с прецизност на настройката до 0,1 kPa; ➤ Два работни порта с бързо бързосвързващи съединения, осигуряваща подвързване на 	PR9144C	2018	Брой	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	10
					<p>средствата за измерване без използване на инструмент;</p> <p>➤ Присъединителна резба на работните портове – по Ваша заявка</p> <p>По-подробни технически характеристики можете да откриете в приложената продуктова брошура.</p>					
1.1	Доп. елементи съгл. т.1.2 от ТС № 17.МО. /ТСП.953			<p>Комплект адаптери с бързи резбови връзки за подвързване на проверяваните средства за измерване с присъединителни резби G1/2, G1/4, G3/8, 1/2NPT, 1/4NPT и M20x1,5. По един брой от всеки вид.</p>	<p>Комплект адаптери с бързи резбови връзки за подвързване на проверяваните средства за измерване с присъединителни резби G1/2, G1/4, G3/8, 1/2NPT, 1/4NPT и M20x1,5. По един брой от всеки вид.</p>	-	2018	Комплект	1	
				<p>Комплект резервни уплътнения за хидравлична преса PR9144C за срок на експлоатация от 3 години</p>	<p>Комплект резервни уплътнения за хидравлична преса PR9144C за срок на експлоатация от 3 години</p>	-	2018	Комплект	1	
				<p>Специализиран инструмент за ремонт и поддръжка на хидравличната преса според изискванията на завода</p>	<p>Ремонтът и поддръжка на хидравличната преса не изискват употребата на специализиран инструмент</p>	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	10
				производител						
2	Съгл. ТС.№ 17.МО. / ТСП.954			Манометър с цифрови показания с обхват на измерване 0 до 2000 Pa, модел PR9111	<p>Прецизен дигитален манометър с:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Измервателен обхват от 0 до 2000 Pa; ➤ Клас на точност: $\pm 0,05\%$ FS ➤ Процесна връзка G1/2 (или друга по Ваша заявка) ➤ Девет единици за визуализиране на измерваното налягане: Pa, kPa, MPa, psi, kgf/cm², mmHg, mmH₂O, mbar, bar. <p>По-подробни технически характеристики можете да откриете в приложената продуктова брошура.</p>	PR9111 0-2000Pa	2018	Брой	1	
2.1			Прецизна ръчна помпа модел PR9140A	<p>Прецизна ръчна помпа за създаване на налягане:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Създавано налягане в обхват от -40 kPa (вакуум) до 40 kPa; ➤ Възможност за настройка на генерираното налягане с прецизност 0.01 Pa; ➤ Размери: 290 мм × 220 мм × 160 мм ➤ Тегло: 1,0 кг ➤ Присъединителна резба G1/2 (или друга по Ваша заявка) <p>По-подробни технически характеристики можете да откриете в приложената продуктова брошура.</p>	PR9140A	2018	Брой	1	
2.2	Доп. елементи съгл. т.1.2 от ТС№ 17.МО. / ТСП.954			Присъединителен маркуч за високо налягане PR9149B	<p>Предложеният манометър е с вграден модул за измерване на налягането. Въпреки това, включваме в комплекта 1 метър присъединителен маркуч високо налягане за удобен тест на ВН измерители от разстояние, с присъединителна резба M20x1,5 или</p>	PR9149B	2018	Брой	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	10
					друга по Ваша заявка Повече техническите характеристики можете да откриете в част „Опции“ на приложената продуктова брошура към преса PR9144C.					

Забележка: при м. ед. комплект в колона 9 се записва 'комплект', в колона 10 -количеството комплекти, а в колона 5 - описание на комплекта по наименование и брой на съставните части

1. Срок на доставка по раздел 3. от проекта на договор: 40 (четиридесет) календарни дни, без дните на официални празници в Китай и България.
2. Гаранционен срок по раздел 5. от проекта на договор: 24 (двадесет и четири) месеца

Документи-приложения към Техническото предложение:


Продуктова брошура по т. 1;

Продуктови брошури по т. 2 и т.2.1

ПОДПИС и ПЕЧАТ:.....


Красим
29.11.2

Управител на Локатор-К ООД



ЛОКАТОР-К ООД


София 1404, Ж.К. Тоце Делчев, бл.258, вх.А www.lokatork.com
 тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 Е-mail: lokatork@dir.bg



Прецизен дигитален манометър

Модел PR9111

PANRAN



Технически характеристики:

Обхватът на измерване се избира съгласно таблиците по-долу. Максималният диапазон може да бъде от -0.1 до 250 MPa. Възможна е заявка и в други обхвати по желания на клиента.

Модел	PR9111 Прецизен дигитален манометър	
Измерване на налягане	Обхват на измерване* -0.1 ÷ 250 MPa	
Работна среда	Точност на отчитане	±0.05% от обхвата
	Работна температура	-20 ÷ +50°C
	Относителна влажност	<95%
	Температура на съхранение	-30 ÷ +80°C
Параметри на захранването	Захранване	Акумулаторна литиева батерия или мрежово
	Автономна работа от батерията	60 часа
Други параметри	Време за зареждане	Около 4 часа
	Размери	115mm×45mm×130mm (дължина)
	Интерфейс за комуникация (опция)	Специализиран три-пинов авиационен конектор
	Тегло	0.6 kg

Основни приложения:

1. Калибровка на манометри с общо предназначение
2. Проверка на стални манометри
3. Калибровка на кръвно налягане
4. Калибровка на манометрични трансдусери и друго оборудване за измерване на налягане
5. Прецизно измерване на налягане

Продуктови акценти:

1. Възможност за отчитане в 9 мерни единици: mmH2O, mmHg, psi, kPa, MPa, Pa, mBar, bar, kgf/cm².
2. Опционален комуникационен интерфейс




www.lokatork.com

Cuf

Def

ЛОКАТОР-К ООД


София 1404, Ж.К. Тоце Делчев, бл.258, вх.А www.lokatork.com
 тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 Е-mail: lokatork@dir.bg



Хидравлична еталонна преса за високо налягане

Модел PR9144C

PANRAN



Продуктът е базиран на нови технологии, които не изискват употребата на възвратен вентил и така се избягва лесното задържане на пресата. Същевременно благодарение на употребата на специални усиленни уплътняващи пресата може да се използва за генериране на много високо налягане. В допълнение можете да я използвате за генериране на вакуум до 80 kPa с цел проверка на вакуум метри и друго оборудване за измерване на вакуум.

Технически характеристики:

Модел	PR9144C Хидравлична еталонна преса за високо налягане	
Технически параметри	Експлоатация	За лабораторна употреба
	Обхват на налягане	-0.08 ÷ 250 MPa
	Прецизност на настройката	0.1 kPa
	Работна среда	Смес от трансформаторно и рициново масло
	Брой изходи / разба	2 бр. / M20×1.5*
	Размери	530 mm x 490 mm x 200 mm
	Тегло	18 kg

* Лосочена разба е стандартна. Възможна е заявка с друго разба по желание на клиента.

Основни приложения:

1. Проверка на трансмитери за налягане включително диференциално
2. Проверка на автомати за налягане
3. Калибровка на прецизни манометри и тапиви с общо предназначение

Продуктови акценти:

1. Без употреба на възвратен вентил с цел избягване на задържане
2. Модерен дизайн, лесна експлоатация, бързо генериране на нужното налягане или вакуум

Информация за запалва:

- PR9149A Комплект 32 бр конектори с различни интерфейси
- PR9149B Присъединителен маркуч за високо налягане
- PR9149C Сепаратор за газове и масло
- PR9149E Разширител броя изходи (4 изхода)
- Опция
- Опция
- Опция
- Опция



www.lokatork.com


Cuf

Def

С цел подобряване фирмата си запазва правото на промяна в спецификациите и дизайна без предизвестие. Възможна е грешка.

ЛОКАТОР-К ООД


София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.75В, вх.А www.lokatork.com
 тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 Е-mail: lokator@dlk.bg



Преносима преса за микро налягане модел PR9140A

PANRAN

Цилиндърът и комплата използвани за направата на тази преса са пренизаяли термична обработка, с цел максимална превенция от въздействието на работната среда в тежки работни условия за да се гарантира стабилността на работа. Широко обхват на генерираното налягане, висока стабилност, компактен, удобен дизайн, малки размери и тегло за удобно пренасане и употреба както в полеви, така и в лабораторни условия.



Технически характеристики:

Модел	PR9140A Преносима преса за микро налягане
Експлоатация	В полеви и лабораторни условия
Обхват на налягане	-40 ÷ +40 kPa
Прецизност на настройката	0.01 Pa
Брой изходи / реза	2 бр. / M20x1.5*
Размери	290 мм x 220 мм x 160 мм
Тегло	1.0 кг

* Посочено е стандартната реза. Възможна е заявка с друга реза по желание на клиента.

Основни приложения:

1. Калибровка на трансмитери за микро-диференциално налягане
2. Калибровка на сензори за микро-диференциално налягане
3. Калибровка на диафрагмени/мембранни манометри за микро налягане

Продуктови акценти:

1. Термична обработка на пресата с цел максимална устойчивост на външни влияния
2. Преносим дизайн, малки размери, ниско тегло
3. Широко обхват на генериране на микро налягането с отлична разделителна способност и висока стабилност

Информация за заявки:

- PR9140A -40 ÷ +40 kPa
- PR9149A Комплект 32 бр адаптери с различни реза в куфар Опция
- PR9149B Присъединителен маркуч за високо налягане Опция
- PR9149D Сепаратор за газове и масло Опция



Суп

www.lokatork.com


Таблица за избор на измервателен обхват - продължение

3. Таблица за избор на обхват за измерване на композитно налягане:

№.	Обхват вакуум - налягане	Тип	Клас на точност
01	(-250~250) Pa	D	0.1
02	(-500~500) Pa	D	0.1
03	(-1~1) kPa	D	0.05
04	(-2~2) kPa	D	0.05
05	(-5~5) kPa	D	0.05
06	(-10~10) kPa	D	0.05
07	(-16~16) kPa	G	0.05
08	(-25~25) kPa	G	0.05
09	(-40~40) kPa	G	0.05
10	(-60~60) kPa	G	0.05
11	(-100~60) kPa	G	0.05
12	(-100~100) kPa	G	0.05
13	(-100~160) kPa	G	0.05
14	(-100~250) kPa	G	0.05

Забележка: G=Gauge Pressure (максимично налягане)

D=Differential Pressure (диференциално налягане)



Суп



www.lokatork.com

Суп

Същеподобренитефирматаотзаявкаправото на променна спецификацията и дръжката без предизвестие. Възможни са промени

Същеподобренитефирматаотзаявкаправото на променна спецификацията и дръжката без предизвестие. Възможни са промени



ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А www.lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 E-mail: lokator@dir.bg



ЕИК: 121462406/ ИИ по ЗДДС: BG121462406

ОБРАЗЕЦ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ за Обособена позиция № 3

към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет "Доставка на еталонно оборудване"

Наименование на Обособената позиция: Доставка на трифазен калибратор за метрологично осигуряване на измервателни преобразуватели на мощност в унифициран изходен сигнал

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	10
Технически изисквания на възложителя				Техническо описание, данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника						
№	Наименование и обхват по ТС № 18.МО.ТСП.153	М.ед.	Количество	Наименование на устройството/компонента, обозначение на тип и модел на производителя	Технически характеристики	Стандарт, Нормативен документ, Каталоген номер на производителя	Година на производство	М.ед. (бр./к-кт)	Количество	Др. изисквания
1	Съгл. ТС.№ 18.МО.ТСП.153			Трифазен калибратор на мощност и тестер на устройства за енергийния инженеринг модел С300В, комплект включващ: ✓ 1 бр. калибратор; ✓ 1 бр. мрежов захранващ	Трифазен калибратор на мощност с метрологични характеристики: ➤ Променливо напрежение: от 0,5 V до 560 V (45 Hz ÷ 65 Hz) с грешка ±0,05%; ➤ Променлив ток: от 1 mA до 120 A (45 Hz ÷ 65 Hz) с грешка ±0,05%; ➤ Активна мощност: 0÷3x67200 W с грешка ±0,05%; ➤ Фазово изместване: 0÷360°; ➤ Захранване 90÷264 VAC, 47÷63 Hz; ➤ Интерфейс – RS232;	С300В С0.05 + Calpro 300 TS	2018	Комплект	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	10
				кабел; ✓ Calpro 300 Basic софтуер; ✓ Calpro 300 TS софтуер за автоматичен тест на ел.оборудване; ✓ 1 бр. RS232 PC интерфейсен кабел; ✓ 1 бр. USB-RS232 адаптер; ✓ 2 бр. предпазител T4A, 5x20 @ 230V; ✓ 6 бр. безопасени напреженови кабели; ✓ 6 бр. безопасени токови кабели до 20 A; ✓ 12 бр. куплунзи тип банана и 12 бр. CU за безопасените кабели; ✓ 1 бр. адаптер с букси, Кат.№ AD300; ✓ 1 бр. куплунг AmphenoI за	➤ Възможност за извършване на автоматизирани проверки чрез софтуер; ➤ Маса 28 кг По-подробните технически характеристики можете да откриете в приложената продуктова брошура.					

Суд

РД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	10
				входовете на калибратор Кат.№ С091А Т3475-001 ✓ 1 бр. инструкция за експлоатация ✓ 1 бр. гаранционна карта ✓ 1 бр. фабричен калибровъчен сертификат ✓ 1 бр. калибровъчен сертификат от ІЕС17025 акредитирана лаборатория.						
1.1	Доп. елементи съгл. т.1.2 от ТС № ...									
2	Съгл. ТС.№ ...									
2.1									
2.2	Доп. елементи съгл. т.1.2 от ТС№ ...									

Забележка: при м. ед. комплект в колона 9 се записва 'комплект', в колона 10 -количеството комплекти, а в колона 5 - описание на комплекта по наименование и брой на съставните части


1. Срок на доставка по раздел 3. от проекта на договор: 90 (деветдесет) календарни дни без дните на официални празници в Полша и България.
2. Гаранционен срок по раздел 5. от проекта на договор: 24 (двадесет и четири) месеца

Документи-приложения към Техническото предложение:

Продуктова брошура по обособена позиция 3

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Кра
29.1
Упр



Conf

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Трифазен калибратор на мощност и тестер на устройства за енергийния инженеринг


Модел С300В

3-фазен измервателен прибор
3-фазен измервателен прибор до 300V
3-фазен Токов източник до 120A и 1-фазен до 360A
Единичен токов булеи за всички токови изходи
Клас на точност 0.02% или 0.05% за калибровка на цифрови уреди
Единичен изход без външни усилватели
Изход за солан товар за ползване със старо аналогово оборудване
Ръчен на ръчно управление и автоматизирани тестови процедури




Калибратор и тестер С300В се използва за калибровка и тест на широка гама измервателни уреди и устройства използвани в енергийния инженеринг, като:

- АС волтаметри, АС амперметри, честотометри, измерители на фазови ъгли, измерители фактор на мощността, ватметри, VAR-метри, VA-метри, измервателни клещи и много други,
- анализатори качеството на ел. енергията, записващи устройства и измерители на фликери
- УПС 61000-4-30 клас А за съответствие с EN 50160 или според индивидуалните спецификации на клиента.




С300В позволява автоматичен тест с калкулация на грешките и стандартното отклонение при:

- електронни EN 50479 за точност при съставяне с вграден еталон на С300В (или спрямо външен еталонен уред), включително: измерване на базова грешка и влияние на честота, напрежение, съотношение, измерване, проверка на пусков ток и празен ход,
- измервателни трансдюсери за преобразуване на АС електрически величини EN 60688 (напрежение, ток, активна мощност, реактивна мощност, честота, фазов ъгъл, фактор на мощността),
- токови измервателни трансформатори EN 60044 включително измерване точността на тока и фазовия ъгъл,
- токови клещи с АС & DC изход напрежение и ток, включително измерване точността на тока и фазовия ъгъл
- защитни релета EN 60255 включително времето на сработане и характеристиките на ниво на сработане за ANSI/IEEE 1 дисципционни релета, ANSI/IEEE 2/59 минимално/максимално напрежение релета, ANSI/IEEE 22 логични силови релета, ANSI/IEEE 51 максимално токови релета, ANSI/IEEE 3 частотни релета и други защитни релета.




Трифазен калибратор на мощност и тестер на устройства за енергийния инженеринг
С300В бройка 07 2018-03

С300В като калибратор на мощност на несинусоидални и времепроменливи с



Функцията за въвеждане на енергията позволява генериране на несинусоидални и/или форми на напрежение и ток с хармонични, интерхармонични и субхармонични, както и комбинация на хармонични, ток, базова изместане и честотни вариации във функцията от време (стабилно, преходна, синус, фликери, флукутации и тригонометрични сигнали).
Тези функции отговарят на всички изисквания на серията EN 61000-4 за точност при проверка качеството на електроенергията.



С300В издържа оптимални значения от цифрово оборудване Перемислени U пиково Единичен U среден
Единично U преминаване
Единичен токов изход

С300В може да генерира регулирани от оператора бързи и бавни промени независимо за напрежението и за тока.
Фликери Фликери с специфично измерване, ниво за цел да определи човешкото възприятие на фликери (преглед) на светлината, последиците флукутации на ذخарващото напрежение. Измерването на фликери е дефинирано в стандарт EN 61000-4-15. С300В генерира промени на напрежението за проверка на характеристиките и нивото резултатите на база стандарт EN 61000-4-7 и EN 61000-4-13. Комбинираните от промени в честота/напрежение, хармонични/интерхармонично изместване и фазов преход.

Спецификации за несинусоидални и времепроменливи сигнали

Параметър	Задание на обхват	Разл. способност	Несъответствие II	Условия
Хармоничи	0...100% от ниво	0.01%	Клас 0.02	Клас 0.05
Интерхармоничи по ниво	0...360°	0.01%	40.02% ±	до 64° или С300В
Съдове	0...100% от ниво	0.01%	40.5% ±	за 16...9000Hz
Пикове	0...200% от ниво	0.01%	40.05% ±	
Фликер	0...4000 обр/мин/отн или 0.00083...33.33Hz	0.0001	0.0018	Съгл. IEC 61000-4-15
Променливост	15...9999	15	0.0018	

1) Абсолютна разпоредба несъответствие при ниво на достоверност от 95% включително несъответствие на верооятност, стабилност за 12 месеца, в честотен обхват 45-65Hz
2) 0.02% от ниво и 0.5° за 80-120Hz, честотен обхват на хармоничи с линейно поемане до 2% от ниво за 9000Hz
3) 0.2% от ниво за 16-120Hz честотен обхват на хармоничи с линейно поемане до 2% от ниво за 9000Hz
4) с несъответствие по ниво/време и т.с за калибратор клас 0.05 в задаваните напрежения и токови обхвати

Трифазен калибратор на мощност и тестер на устройства за енергийния инженеринг
С300В бройка 07 2018-03

Характеристики на Сайрго 300 РС софтуера:

- Модерна концепция позволяваща на оператора да създава сложни тестови процедури – това е изключително важно тъй като дава възможност да се създават механизмите за измервателните средства от ново поколение, без за това да се налага смяна на софтуера;
- Автоматичен режим – директно автоматично изпълнение на цялата тестова процедура без необходимост от намеса от страна на оператора, освен ако такава не е предвидена в самата процедура;
- Ръчен режим – директно изпълнение на единична тестова стъпка. Идеално решение за тестове и оценка на изпитваното устройство в пълните му спецификации, без генериране на цяла тестова процедура;
- Компютърна база данни с клиентите, устройствата, измервателните процедури, както и редакция на резултати, диаграми, таблици и протоколи;
- Класическо ръчно задаване стойността на всеки параметър на изходния сигнал.

- Преимущества на Сайрго 300 РС:
- интуитивно управление,
 - бази данни с устройствата и тестови процедури,
 - напълно автоматизирани тестови процедури,
 - постоянен мониторинг на теста,
 - таблично и графично представяне на резултатите,
 - интерфейс на якелко език,
 - автоматично генериране на протоколи от измерванията.

Версии на Сайрго 300 РС софтуера:

Версия Сайрго 300 Basic на РС софтуера дава възможност за традиционна ръчна настройка на:

- стойността на U+I+P+Q+S при синетрична и асиметрична схема на съхраняване,
- вълновата форма на напрежението и тока при подаване на хармонизици, междинни хармонизици и функция вълнова форма.

Версия Сайрго 300 PQ на РС софтуера позволява генериране на синусоидално и несинусоидално напрежение и ток, чиято стойност се променя във времето, за проверка на измервателни средства, запасащи устройства и анализатори качеството на ел. енергията при подаване на следните функции:

- Slow Ramp за генериране на напрежение и ток, чиято стойност се променя съвместно бавно във времето,
- Fast Ramp за генериране на напрежение и ток, чиято стойност се променя съвместно бързо във времето,
- Flicker for за генериране флукуации в нивото на напрежение (фликери) изразени като PIt и Pst коефициенти.


Версия Сайрго 300 TS на РС софтуера позволява ползването на модерна концепция позволяваща на оператора да създава сложни тестови процедури с използване на автоматизиран релачен режим за автоматизиран тест на следните устройства:

- електронери,
- токови клещи,
- токови трансформатори,
- измервателни трансюсори,




Сайрго 300 Basic + TS и Сайрго 300 Basic + PQ осигуряват следните функции:

- Туле за въвеждане данни за изпитваните устройства, за създаване база данни с изпитваните устройства,
- Процедури за въвеждане данни в базата данни с изм. процедури,



- защитни релета (Quick функция за тест на бързи релета, Trigger Time функция за тест време на прекъсване и Trigger Level функция за тест ниво на прекъсване),
- резултатите от измерванията, редакция и съхранение на резултатите от измерванията във формата на таблици и диаграми, лесно генериране на протоколи, печат и експортиране на данните в MS Excel;

- Client за създаване база данни на клиентите и Admin за ползване базата данни с клиентите при създаване на протоколите.




Сид

Handwritten signature



ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А www.lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 E-mail: lokator@dir.bg



ЕИК: 121462406/ ИИ по ЗДС: BG121462406

ОБРАЗЕЦ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет


“Доставка на еталонно оборудване” - Обособена позиция № 1

Наименование на Обособената позиция:

1.1. Доставка на сравняващо устройство (хидравлична преса) за създаване на налягане да 250 МПа

1.2. Доставка на оборудване за метрологично осигуряване на средства за измерване на налягане с измервателен обхват от 0 до 2000 Ра

1	2	3	4	5	6	7
№	Наименование на стоката	Тип и модел	м. ед.	Количество	Ед. Цена	Общо
1.1	Доставка на сравняващо устройство (хидравлична преса) за създаване на налягане да 250 МПа – Хидравлична еталонна преса за високо налягане – Комплект адаптери – Комплект резервни уплътнения	PANRAN / PR9144C	Бр.	1	9 600,00	9 600,00



ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А www.lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 E-mail: lokator@dir.bg



ЕИК: 121462406/ ИИ по ЗДДС: BG121462406


ОБРАЗЕЦ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7
1.2	Доставка на оборудване за метрологично осигуряване на средства за измерване на налягане с измервателен обхват от 0 до 2000 Pa - Манометър с цифрови показания с обхват на измерване 0 до 2000 Pa - Прецизна ръчна помпа модел - Присъединителен маркуч за високо налягане	PANRAN / PR9111 PANRAN / PR9140A PANRAN / PR9149B	Бр.	1	4 600,00	4 600,00
ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА за Обособена позиция № 1: четиринадесет хиляди и двеста (в лева без ДДС, на условие DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно Incoterms'2010)						14 200,00

ПОДПИС И ПЕЧАТ:.....


Красим
29.11.2
Управл

ОД



ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А www.lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 E-mail: lokator@dir.bg



4.3

ЕИК: 121462406/ ИН по ЗДДС: BG121462406

ОБРАЗЕЦ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет

“Доставка на еталонно оборудване” - Обособена позиция № 3

Наименование на Обособената позиция: Доставка на трифазен калибратор за метрологично осигуряване на измервателни преобразуватели на мощност в унифициран изходен сигнал

1	2	3	4	5	6	7
№	Наименование на стоката	Тип и модел	м. ед.	Количество	Ед. Цена	Общо
1.1	Трифазен калибратор за метрологично осигуряване на измервателни преобразуватели на мощност в унифициран изходен сигнал	CALMET / C300B	комплект	1	26 000,00	26 000,00
ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА за Обособена позиция № 3: двадесет и шест хиляди (в лева без ДДС, на условие DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно Incoterms'2010)						26 000,00

ПОДПИС и ПЕЧАТ:.....

Красимир
29.11.2018 г.
Управител на Локатор-К ООД