

РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
“Доставка на измервателни прибори”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

Обособена позиция № 1 – Манометри

ВЪПРОС 1: поз. 2 – може ли да стане 60МРа (600 bar) вместо 100 МРа (1000 bar), ако не е сбъркана дименсията?

ОТГОВОР 1: Техническите характеристики на манометрите са описани в Техническа спецификация № 18.ДП.ТСП.848 и следва да се придържате към тях.

ВЪПРОС 2: поз. 3 и 4 – може ли диаметъра на корпуса да стане 63 вместо 62?

ОТГОВОР 2: Техническите характеристики на манометрите са описани в Техническа спецификация № 18.ДП.ТСП.848 и следва да се придържате към тях.

ВЪПРОС 3: поз. 9 – може ли диаметърът на корпуса да стане 63 вместо 60?

ОТГОВОР 3: Техническите характеристики на манометрите са описани в Техническа спецификация № 18.ДП.ТСП.848 и следва да се придържате към тях.

ВЪПРОС 4: Само поз. 3 ли трябва да е от Одобрен тип?

ОТГОВОР 4: Съгласно т. 4.2. от Техническа спецификация № 18.ДП.ТСП.848 само манометрите от подпозиция № 3 трябва да са одобрен тип.

ВЪПРОС 5: Само поз. 3 (поз. 3 и 4 са комплект за редуцир вентили) ли трябва да има поставен холограмен стикер от БИМ?

ОТГОВОР 5: Съгласно т. 4.2. от Техническа спецификация № 18.ДП.ТСП.848 само манометрите от подпозиция № 3 трябва да имат поставен знак за одобрен тип/ЕИО одобрен тип и знак за първоначална проверка.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Заличен на
основание чл. 2
от ЗЗЛД

ЦАНКО БАЧИЙСКИ

