



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
“Доставка на измервателни прибори”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по обществена поръчка с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

Обособена позиция № 2 – Термометри

ВЪПРОС: По отношение на инфрачервения термометър, подпозиция 2 – трябва ли да се предложи към него и термодвойка или има само изискване за възможност на уреда за присъединяване на такава?

ОТГОВОР: Инфрачервеният термометър трябва да има само възможност за присъединяване на термодвойка.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЦАНКО БАЧИЙСКИ



Заличен на
основание чл. 2
от ЗЗЛД 118