



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До
Всички заинтересовани лица за участие в
процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: “Доставка лабораторна
апаратура”
рег. № в АОП 00353-2018-0104

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-3540/11.06.2018г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

Обособена позиция № 2 – рН метър, тип йон-анализатор

ВЪПРОС № 1: В техническата спецификация е посочен модел, име на фирма производител Radiometer и конкретен тип на електрода GK2401C, с който би следвало да бъде окомплектован предлаганият рН-метър, тип йон-анализатор, което ограничава възможностите за предлагане на различни аналогични електроди, нарушава принципите на състезателно начало на обявената открита процедура и свежда провеждането на процедурата до участие на само един производител или негов представител, което противоречи на презумпцията за равнопоставеност на всички участници в процедурата съгласно чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. Моля да бъде коригирана допуснатата дискриминационна техническа спецификация.

ОТГОВОР № 1: Посочената конкретна фирма производител се отнася не за рН-метъра, а само за типа електрод. Изискването за този тип електрод е с цел взаимозаменяемост с наличните в експлоатация във всички лаборатории рН-метри измерващи показателя рН. В лабораториите се използват рН-метри от различни производители, които работят с този тип електроди.

ВЪПРОС № 2: Моля специфицирайте по-конкретно изискването в наименованието на уреда „... флакони за калибровка с метален смесителен механизъм“, и по-конкретно описание, вид, тип на металният смесителен механизъм..

ОТГОВОР № 2: Става въпрос за магнитна бъркалка, буферни разтвори (набор за калибриране, рН-set в различни опаковки и количества).

Обособена позиция № 7 – Лабораторна аналитична везна

ВЪПРОС № 3: Моля специфицирайте техническите изисквания за везната. Липсват технически параметри.

ОТГОВОР № 3: На основание чл. 179, ал. 1 от Закона за обществените поръчки Възложителя публикува Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация с което е допълнена Техническа спецификация № 18.РМ.ТСП.133 и е удължен срокът за подаване на оферти.

Обособена позиция № 9 – Вана ултразвукова

ВЪПРОС № 4: В техническата спецификация е посочено твърде ограничаващо изискване за тегло на ваната от 40 – 42 кг., което е твърде ограничителен параметър, указващ определен

производител и ограничаващ провеждането на публично състезание в нарушение на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.

ОТГОВОР № 4: Посочените килограми са съобразно изискването в техническата спецификация. Моля придържайте се към тях.

ВЪПРОС № 5: В техническата спецификация е посочено изискване за захранване на ултразвуковата вана с монофазно напрежение от 220 – 240V, като изискуемият работен обем на ваната е 90 литра. Този обем с максимално съдържание на работна среда (обикновено вода) и изискването за подгряване на тази вода от стайна температура до 80 °С, изискването за мощност на ваната при пиков ултразвук от 3200W и осигуряването на ефективна работа на ултразвука определят необходимост от захранване с трифазно напрежение от 380V. Моля да уточните допуска ли се захранване на ултразвуковата вана с напрежение 380V?

ОТГОВОР № 5: Не се допуска захранване на ултразвуковата вана с напрежение 380V. Моля придържайте се към изискванията на техническата спецификация.

ВЪПРОС № 6: В т.4 от Техническата спецификация за тази позиция се изисква представянето на „Паспорт“ на ваната. Моля специфицирайте понятието „Паспорт“ като съдържание, от кого се издава и т.н.

ОТГОВОР № 6: Паспорта се издава от производителя и съдържанието се определя от него.

ВЪПРОС № 7: При участие за повече от една позиция на даден участник възможно ли е подписаните с електронен подпис ЕЕДОП документи за всяка една позиция по отделно да бъдат представени на един оптичен носител /CD компакт диск/ или за всяка една позиция ще изисквате отделен оптичен носител? Ако отговорът Ви е ДА то къде да бъде приложен единният оптичен носител, съдържащ всичките ЕЕДОП документи на участника в процедурата?

ОТГОВОР № 7: Подписаните с електронен подпис ЕЕДОП документи за всяка една обособена позиция по отделно могат да бъдат представени на един оптичен носител /CD компакт диск/. Същият трябва да бъде приложен в запечатаната, непрозрачна опаковка в която участникът е поставил офертата си, съгласно т. 4 от УКАЗАНИЯ за подготовка на офертата за участие в публично състезание.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ



16.06.12