

 **“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



ДО

**ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„ДОСТАВКА НА ЕТАЛОННО
ОБОРУДВАНЕ” по 5 обособени позиции
рег. № 00353-2018-0171**

Относно: Разяснения по условията на обществената поръчка

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с въпрос постъпил писмено, предоставяме следните разяснения:

ВЪПРОС: „В Техническа спецификация № 17.МО.ТСП.954 за доставка на оборудване за метрологично осигуряване на средства за измерване на налягане с измервателен обхват от 0 до 2000 Ра е записано в точка 1.1 - манометър с цифрови показания с обхват на измерване от 0 до 2000 Ра.

“Въпросът ни е допусната ли е грешка в описанието за 2000 Ра, може би е 2000 кРа?”

ОТГОВОР: Не е допусната грешка в описанието за 2000 Ра в Техническата спецификация № 17.МО.ТСП.954, включена в обособена позиция № 2 от документацията за участие.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

