



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лабораторна апаратура” рег. № в АОП 00353-2014-0153

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. №Ф-3618/17.06.2014 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Относно позиция 5, ID 93278 – Дейноизаторна система за ултрачиста вода 1 брой

1. Какъв тип е захранващата вода, използвана за дейноизаторната система и какви са параметрите ѝ (проводимост, рН, налягане, ТОС)?
2. Какво е приблизителното дневно потребление на ултрачиста вода от лабораторията?
3. Необходимо ли е представяне на фабричен сертификат за качеството на получаваната от системата ултрачиста вода?
4. Необходима ли е валидационна документация и процедура за системата - IQ/OQ (квалификация за инсталация/операционна квалификация)?”

ОТГОВОР:

1. Захранващата вода е химически обезсолена (преминала през система за обезсоляване Н-ОН1-ОН2-ФСД)

рН(25С) – 5.5 - 6.5

Специфична ел. проводимост $\leq 0.5 \mu\text{Sm/cm}$

Налягане 2.5 - 4.0 атм

ТОС \leq 70 мкг/л

2. 30-40 л (понякога и повече и е необходимо удължен маркуч с накрайник пистолет за изтичане на произведената вода, с необходимия дебит- ТЗ).

3. Не

4. Не

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ИВАН ГЕНОВ