



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лабораторна апаратура” рег. № в АОП 00353-2014-0153

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. №Ф-3739/24.06.2014 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Във връзка с открита процедура с предмет: „Доставка на лабораторна апаратура” – в Техническото задание на обособена позиция 11 – Лабораторна муфелна пещ за опепеляване на проби от околната среда – е записано, че лабораторната муфелна пещ трябва да бъде със сменяеми закрити нагревателни елементи, които да са устойчиви на агресивни газове. Моля, уточнете вида или химически състав на агресивните газове.

ОТГОВОР:

Освен въглеродни оксиди и водни пари, които са преобладаващи газове в количествено изражение, при горенето ще се отделят и:

- серни оксиди,
- азотни оксиди,
- хлороводород (в някои случаи).

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ГЕНОВ

