



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лабораторна апаратура” рег. № в АОП 00353-2014-0153

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. №Ф-3744/24.06.2014 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Относно обособена позиция № 3 – вакуумна система за филтриране на проби

В описанието на съответното оборудване изисквате “многопозиционна филтрувална система със спирателни кранове и капаци”.

Моля уточнете изисквания минимален брой на гнездата (позициите на филтрувалната система).

ОТГОВОР:

Не по малко от 4 гнезда (позиции).

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

