




“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на лабораторна апаратура”
рег. № в АОП 00353-2014-0153



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. №Ф-3701/23.06.2014 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

Относно позиция 5, ID 93278 – Дейонизаторна система за ултрачиста вода 1 брой

1. Различните производители имат различни технологични решения за пречистване на водата до желаното в изискването на Възложителя качество. Например нашите системи използват 2 (два) вида модули за пречистване на водата от вече пречистена вода до Тип1 - ултрачиста вода (съгласно отговора, който получихме от предходното запитване). Тази специфика на конструкцията на апаратите ги прави икономически по-ефективни.

В спецификацията на Възложителя са посочени 4 броя филтри.

Въпрос: Ще приемете ли система с по-малък брой модули от посочените 4 бр. филтри, при произвеждана вода със същото или по-добро качество от специфицираното в техническото задание?

2. В техническото задание на Възложителя е посочен размер на системите. Така дефинирани размерите насочват към определен производител, което е в нарушение на чл.2, ал.1 от ЗОП.

Въпрос: Посоченият размер трябва ли да се спазва строго или има ориентируващ характер?

ОТГОВОРИ:

1. Изисквания брой филтри за системата са 4 броя в конфигурация - Carbon, Deionization (2 броя), Organic Adsorption, за да се осигури качеството на водата със определено специфично съпротивление и електропроводимост. Тези и други технически изисквания към системата са определени в т.2.1. на ТС.

2. Посоченият размер е максимално допустимия, тъй като трябва да се постави на точно определено, ограничено по размери място. Може да се допусне по-малък размер, ако системата отговаря на всички други изисквания от техническата спецификация (например 4 филтъра и определената минимална производителност).

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ГЕЊОВ

