



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на лабораторна апаратура”
рег. № в АОП 00353-2014-0153

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. №Ф-3927/03.07.2014 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

По обособена позиция №2 Автоматична измервателна система за БПК₅

Никъде в техническото описание на системата не е посочено дали към Автоматичната измервателна система за БПК₅ трябва да има термостат, който е необходим при провеждането на такъв тип измервания?

Моля да конкретизирате дали е необходимо наличието на термостат към системата.

ОТГОВОР:

Не е необходим термостат, тъй като лабораторията разполага с такъв.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ГЕНОВ

