



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лабораторна апаратура” рег. № в АОП 00353-2014-0153

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. №Ф-3930/03.07.2014 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Относно обособена позиция 10 – Автоматичен вискозиметър

1. В частта, отнасяща се за калибрирането на уреда не става ясно в колко точки искате да бъде калибриран уреда, както и в какъв обхват като вискозитет. Според нас, една калибровка в три точки е достатъчно добра.

2. Изискването за преведени сертификати на стандартни вещества за какво се отнася – за използваните по време на калибрирането, или искате отделно да бъдат доставени стандартни вещества. Ако е второто, то посочете стойности на вискозитет.

ОТГОВОР:

За въвеждане в експлоатация и доказване на техническите и функционални характеристики са необходими съответни количества (по преценка на изпълнителя) от използваните по време на калибрирането стандартни масла или близки като стойности такива .

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ГЕЦОВ

