




# **“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



ДО

**ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА  
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНА  
АПАРАТУРА” по 8 обособени позиции  
рег. № 00353-2019-0122**

**Относно: Разяснения по условията на обществената поръчка по Обособена позиция № 2**

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило искане по реда на чл.180, ал.1 от ЗОП за разяснения по Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.47 (ТЗ) респективно проекта на договор за доставка на лабораторна апаратура по обособена позиция №2, предоставяме следните разяснения:

**Запитване за разяснение:** „Моля да уточните, необходимо ли е сензорите да бъдат одобрен тип и да са преминали първоначална метрологична проверка по смисъла на приложимата нормативна уредба. ”


**Отговор:** Когато апаратурата, в частност сензорите към нея, предвид предназначението съответно описано в т.1 от ТЗ, попадат в обхвата на нормативната уредба, е предвидено да отговарят на изискванията в т.7.6.1. от ТЗ. Ако са извън обхват и не попадат следва да се придружат от доказателства (декларация) от доставчика, че са извън обхвата.

**Запитване за разяснение:** „Моля да посочите броя на пробоотборните точки, на които ще се монтират стационарните части на свързващите елементи тип „бърза връзка”, за да бъде доставено необходимото количество.”

**Отговор:** Броят на пробоотборните точки, на които ще се монтират стационарни части на свързващите елементи тип "бързи връзки" е 2.

**Запитване за разяснение:** „Моля да разясните как ще се процедира със сроковете за монтаж и въвеждане в експлоатация и срока за плащане, ако Изпълнителят е доставил оборудването и има готовност за монтаж и въвеждане в експлоатация, но не са изпълнени предварителните дейности и е невъзможно да му бъде даден фронт за работа”

**Отговор:** „АЕЦ Козлодуй” ЕАД ще изпълни необходимите предварителни дейности по "Схема за подвързване на мобилната система за измерване на разтворени във вода кислород и водород" в т.5.5.1. от ТЗ до доставката на апаратурата.

  
Заличаване на основание ЗЗЛД

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**3**