

Пазарна консултация №43998 с предмет „Доставка на еталонни радиоактивни източници за калибриране на гама спектрометрична апаратура”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на еталонни радиоактивни източници за калибриране на гама спектрометрична апаратура”

Предложението следва да включва:

- подробно описание на предлаганата стока, съгласно приложените по-долу технически изисквания;
- единична цена и обща стойност без ДДС;
- информация за срок и условие на доставка, срок на годност;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 21.07.2020 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения е 29.07.2020 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъдат публикувани в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Емилия Митева – Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 34 83, e-mail: EGMiteva@npp.bg

Приложения:

1. Технически изисквания;
2. Образец за индикативно предложение.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на еталонни радиоактивни източници за калибриране на гама спектрометрична апаратура.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество
1	109922	Източник радиоактивен еталонен за система за непрекъснат контрол на активността (маркировка SNK_EU).	SNK_EU * Смесен източник, съдържащ радионуклидите: 241Am, 152Eu. * Обща активност ~ 200 KBq. * Матрица – органична, с плътност 1.0 g/cm ² . * Неопределеност по сертификат - <3% за всеки радионуклид. * Радиоактивни примеси - <0.5%. * Камера с обем 60 cm ³ , предоставена от възложителя. * Сертификат в Bq/g.	Брой	1
2		Източник радиоактивен еталонен за система за непрекъснат контрол на активността (маркировка SNK_MIX).	SNK_MIX * Смесен източник, съдържащ радионуклидите: 241Am, 109Cd, 139Ce, 57Co, 60Co, 137Cs, 203Hg, 113Sn, 85Sr, 88Y. Допуска се замяна на 203Hg с 51Cr. * Обща активност ~ 200 KBq. * Матрица – органична, с плътност 1.0 g/cm ² . * Неопределеност по сертификат - <3% за всеки радионуклид. * Радиоактивни примеси - <0.5%. * Камера с обем 60 cm ³ , предоставена от възложителя. * Сертификат в Bq/g.	Брой	1

Допълнителни изисквания:

- Съпроводителната документация да съдържа следните документи:
 - сертификати/декларации за произход;
 - сертификати/декларации за съответствие;
- При техническа невъзможност да се постави исканото количество РАИ в указания обем, да се предложи за съгласуване от възложителя максимално възможното количество.

Индикативно предложение по проведена пазарна консултация № 43998
с предмет "Доставка на еталонни радиоактивни източници за калибриране на гама спектрометрична апаратура":

от
/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	ID	Описание и технически характеристики на предлаганото издание	К-во	М.ед.	Ед.цена без ДДС	Обща ст-ст
1						
2						

Срок на доставка
Условие на доставка
Срок на годност
Производител
Съпроводителна документация при доставка