



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП за „Доставка на еталонни радиоактивни източници за калибриране на гама спектрометрична апаратура”, прави разяснения в публикуваната в профила на купувача поканата за пазарна консултация № 43998 на адрес: www.kznpp.org / **Актуално / Обществени поръчки / Пазарни консултации / 43998/**.

Въпрос:

Може ли да посочите вида на органичната матрица?

Отговор:

Вида на органичната матрица е по избор на производителя на еталонните РАИ, изисква се по взаимодействие с гама квантите чрез фотоефект да е еквивалентна на водата. В сертификатите производителите обикновено указват състава като процентно съдържание на химичните елементи, без да коментират какво точно е съединението.

Въпрос:

Удовлетворява ли вашите изисквания матрица от силикон (lukopren) с плътност 0,98г/см3?

Отговор:

В случай, че отговаря на изискванията в т.1. Очаква се тази оценка да е направена от производителя за използваната от него матрица.