



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП за „Доставка на еталонни радиоактивни източници за калибриране на гама спектрометрична апаратура”, прави разяснения в публикуваната в профила на купувача покана за пазарна консултация № 43998 на адрес: www.kznpp.org / **Актуално / Обществени поръчки / Пазарни консултации / 43998/**.

Въпрос: Моля да потвърдите, че активността на източниците е 200 KBq.

Отговор: Потвърждаваме, че активността е 200 kBq.

Въпрос: Има ли изисквания към органичната матрица? Допуска ли се да е силициева смола, неорганична с плътност 0,98 g/cm³?

Отговор: Видът на органичната матрица е по избор на производителя на еталонните РАИ, изисква се взаимодействие с гама квантите чрез фотоефект да е еквивалентна на водата. В сертификатите производителите обикновено указват състава като процентно съдържание на химичните елементи, без да коментират какво точно е съединението. Матрицата трябва да отговаря на изискванията в т.1 от техническата спецификация. Очаква се тази оценка да е направена от производителя за използваната от него матрица.

Въпрос: Вярно ли е допускането ни, че камерата е съд, в който трябва да се постави органичната матрица?

Отговор: Да вярно е. Камерата ще бъде изготвена от нас и предадена на изпълнителя.