



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП за „Доставка на еталонни радиоактивни източници за калибриране на гама спектрометрична апаратура”, прави допълнения към техническата спецификация в публикуваната в профила на купувача покана за пазарна консултация № 43998 на адрес: www.kznpp.org / Актуално / Обществени поръчки / Пазарни консултации / 43998/.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на еталонни източници на йонизирани лъчения за калибриране и междукалибровъчна проверка
на средства за измерване в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Коли- чество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1		Точков еталонен радиоактивен източник, спектрометричен	Радиоактивен нуклид Eu-152 Активност $\sim 7.0.10^4$ Bq с толеранс $+35/-15$ % и неопределеност ≤ 3 % . Пластмасов диск с диаметър 25 mm и дебелина 3 mm	брой	3	Източникът да притежава сертификат за калибриране с проследимост към национален или международнопризнат еталон. Class 2 в съответствие с ISO 8769	Срок на валидност на сертификата – не по-малко от 10 г.