

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Номер на обявлението: 37501 / 31.10.2017 г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Христо Пачев
Експерт “Маркетинг”

Телефон: 0973 7 61 40

E-mail: HPatchev@npp.bg

Факс: 0973 7 60 04

Обект на поръчката:

☐ Строителство

☒ Доставки

☐ Услуги

Предмет на поръчката:

„Доставка на сензори за измерване на амплитуда и мощност на радиотехнически сигнали за метрологично осигуряване на средства за измерване”

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в приложената Техническа спецификация №17.МО.ТСП.995

Условие на доставка:

DDP АЕЦ Козлодуй

Обособени позиции: ☐ Да ☒ Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Критерий за възлагане:

☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

☐ Цена и качествени показатели

☐ Разходи и качествени показатели

☐ Ниво на разходите

☒ Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име:

Тежест:

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 08.11.2017 г.

Час: (чч:мм) 14,00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

Срок на валидност на офертите (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):

Дата: (дд/мм/гггг) 08.12.2017 г.

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- Информация за:
 - срок на доставка;
 - гаранционен срок / срок на годност и срок за отстраняване на възникнали през гаранционния период дефекти;
 - предлагана цена;
 - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
 - списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка;
 - валидност на офертата;
- Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:
 - Документите, посочени в техническата спецификация

Блок: ОСО

Система: ОК

Подразделение: отдел МО

УТВЪРЖДАВАМ

РЪКОВОДИТЕЛ У-Е К.

27.10.2017 г. ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 17.МО.ТСП.995

за доставка на сензори за измерване на амплитуда и мощност на радиотехнически сигнали
за метрологично осигуряване на средства за измерване
на радиотехнически величини

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

1.1.1. Сензорите за измерване на амплитуда и мощност на радиотехнически сигнали са необходими при метрологично осигуряване на средства за измерване на радиотехнически величини. Те са предназначени за предаване на единицата за амплитуда и мощност на сигнала, както и за оценка на характеристиките на изследваните средства за измерване в обхват по амплитуда от минус 50 dBm до 30 dBm с честотен обхват от 10 Hz до 3 GHz.

1.1.2. Сензорите за измерване на амплитуда и мощност ще се използват за автоматизирана метрологична проверка и/или калибриране на радиотехнически средства за измерване чрез платформа „MetCal”.

1.1.3. Обемът на доставката включва:

- сензор (power sensor) преобразуващи измерваната величина – 2 бр;

1.2. Нестандартни/специализирани/ елементи, резервни части и инструменти към доставката

Не са необходими.

2. Основни характеристики на генератора и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Няма отношение.

2.2. Квалификация на оборудването

Няма отношение.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Няма отношение.

2.4. Характеристики на материалите

Няма отношение.

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Условията на околната среда, при които трябва да работи оборудването, са:

- температура от 0° до 50°C.
- влажност 95 %RH.

Техническите и метрологичните характеристики на системата са посочени в Приложение 1.

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Няма отношение.

2.7. Нормативно – технически документи

Няма отношение.

2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Гаранционният срок да е не по-малко от 24 месеца от въвеждането на системата в експлоатация. Ако в рамките на гаранционния срок се появят дефекти в работата на системата, които не са вследствие на неправилна експлоатация, Доставчикът ги отстранява за своя сметка в срок от 45 работни дни от датата на писменото съобщение с описание на дефектите. Ако дефектът не може да бъде отстранен, Доставчикът заменя дефектиралите части с нови за своя сметка в срок от 8 седмици. Транспортните разходи са за сметка на Доставчика. Върху новодоставените части се установява нов гаранционен срок, равен на горепосочения.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Измерителят да бъде доставен в опаковка от производителя, удобна за транспортиране и осигуряваща запазването му при транспорт и съхранение.

3.2. Условия за съхранение

Доставката да бъде съпроводена с указания, определящи изискванията за кратко и средносрочно съхранение.

4. Документи, които се изискват при доставката

- сертификат за произход;

- сертификат за съответствие;
- сертификат за калибриране от акредитирана лаборатория;
- инструкция за експлоатация и техническо обслужване;
- гаранционна карта;
- оригинална фактура.

Документацията съпровождаща доставката, да бъде представена и на USB флаш.

5. Входящ контрол

При доставката на измерителя се извършва общ входящ контрол, съгласно Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в “АЕЦ Козлодуй”, № ДОД.КД.ИК.112.

Приложение: 1. Техническа спецификация (табличен вид).

Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС ВааН
<i>Инвестиционна програма</i>	174-38-44745410

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на оборудване за метрологично осигуряване на средства за измерване на радиотехнически величини

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Кол.	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1.		Сензор (power sensor)	Честотен обхват: от 10 Hz до 3 GHz; Обхват по амплитуда: от минус 30 dBm до 20 dBm; Точност по амплитуда: Абсолютна грешка $\leq 0,05$ dB; Вход: тип N, изход: USB	бр.	1		Сертификат за калибриране, издаден от акредитирана лаборатория
2.		Сензор (power sensor)	Честотен обхват: от 9 kHz до 3 GHz; Обхват по амплитуда: от минус 50 dBm до 30 dBm; Точност по амплитуда: Абсолютна грешка $\leq 0,09$ dB; Вход: тип N, изход: USB	бр.	1		Сертификат за калибриране, издаден от акредитирана лаборатория