

Пачев, Христо Б.

From: Пеняшка, Красимира С.
Sent: 10 юни 2021 г. 13:49
To: Пачев, Христо Б.
Subject: FW: Въпроси относно пазарна консултация № 46911

1. Информация относно БД на АИСИДК:

1. Достъп до БД става с потребител създаден за съответното приложение с SQL оторизация;
2. Основните операции с БД по въвеждане, обновяване и извеждане на информация се осъществява със съхранени процедури. Необходимата информация за процедурите ще се даде на спечелилият обществената поддръжка при внедряване на дозиметрите.

Тази информация е достатъчна за планиране на софтуерните инженери.

2. С цел унифициране на консумативите за поддръжка на индивидуалните електронни дозиметри иска ме, ново доставените да бъдат с конкретно описаните в техническото задание батерии.

3. Размера на индивидуалните електронни дозиметри е съобразен с размерите на мястото за поставяне (джоб) на специализираното работно облекло в КЗ-2. Размерите трябва да са: ≤90x60x30 мм.

4. Теглото на индивидуалния електронен дозиметър заедно с батерията и щипката може да е до 106 грама.

Хубав ден!

Красимира Пеняшка

РГРДК с-р ОРДК

From: Маринов, Цветан К.
Sent: Friday, June 4, 2021 3:06 PM
To: Пеняшка, Красимира С.
Subject: FW: Въпроси относно пазарна консултация № 46911

From: Пачев, Христо Б.
Sent: Friday, June 04, 2021 2:41 PM
To: Маринов, Цветан К.
Сс: Тошев, Янко И.
Subject: FW: Въпроси относно пазарна консултация № 46911

Моля за отговор! /ще се качва на сайта/

From: Богоева, Юлия К.
Sent: Friday, June 4, 2021 2:18 PM
To: Пачев, Христо Б.
Сс: Александров, Пламен Г.; Лазарова, Милена Т.
Subject: FW: Въпроси относно пазарна консултация № 46911

Ф-2983 / 04.06.2021г

From: Yavor Andreev [<mailto:y.andreev@thetaconsult.com>]
Sent: Friday, June 4, 2021 2:06 PM
To: commercial; Пачев, Христо Б.
Сс: 'Evgeniya Hristova'; Tsvetan Andreev
Subject: Въпроси относно пазарна консултация № 46911

Уважаеми господин Пачев,
Уважаеми колеги,

След запознаване с техническото задание към Пазарна консултация № 46911, публикувана на интернет сайта на АЕЦ Козлодуй ЕАД, имаме следните въпроси:

1. Съгласно т. 1.1.2. „Допълнителна информация, относно БД организацията и работата на съществуващия софтуер на АИСИДК ще бъде предоставена при поискване“. Възможно ли е наличната информация да бъде предоставена на етап изготвяне на оферти, за да може участниците да се запознаят с нея. По този начин ще се гарантира равнопоставеност на участниците.
2. В т. 2.3. е конкретно описано „Захранване: Батерия AAA...“. Ще бъде ли прието захранване от различен вид батерия, ако всички други изисквания за продължителност на работата от минимум 2000 часа и задействане на звукова и визуална сигнализация са изпълнени? Различните производители използват различни варианти на батерии, което по същество не влияе на работата на дозиметъра.
3. В т. 2.3 е записано „Размери: $\leq 90 \times 60 \times 30$ mm“. Масово индивидуалните дозиметри варират около тези размери. Ще бъде ли приемливо отклонение не повече от 5% в някои от тези размери. Може ли да се приеме допълнително изискване сбора от размерите да не надвишава 180 mm? В конкретния случай $90 + 60 + 30 = 180$ mm. Така ще могат да бъдат предложени повече различни дозиметри, които удовлетворяват изискванията за измерителен обхват, но се произвеждат с различни размери, според вижданията на производителя.
4. В т.2.3 е записано „Тегло: ≤ 100 g“. Бихте ли приели дозиметър, който заедно с батерията и щипка надвишава това изискване с не повече от 6% (106 g).

Предварително Ви благодаря!

Поздрави,

Явор Андреев

Управител

Тита-Консулт ООД

бул. „Джеймс Баучер“ № 5А

София 1164, България

тел./факс : +359 2 9640950

мобилен: +359 889919840

y.andreev@thetaconsult.com

www.thetaconsult.com



ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ОБЛАСТТА НА РАДИАЦИОННИЯ
КОНТРОЛ И РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА