



РАЗЯСНЕНИЯ

Във връзка с постъпило запитване относно публикуваната Покана за пазарна консултация №47008, даваме следната информация:

По въпрос №1

1. „Какъв е диаметърът на тръбите, на които ще се монтират 4бр. тръбни двуканални неутронни анализатори на разтвор, съгласно т.2.13 от Техническите изисквания?”

Отговор

Евентуалният производител на тръбни двуканални анализатори на разтвор предназначени за монтаж в технологичната схема на реактор ВВЕР-1000, каквито са монтираните в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД би трябвало познавайки технологичната схема да е предвидил монтаж на всички проектни тръбопроводи по първи контур. Изхождайки от начина на монтаж на всички известни ни тръбни двуканални анализатори на разтвор, това не е параметър, който влияе на цената и за това не е уточнен диаметъра на тръбопроводите. А на този етап ние се интересуваме единствено от предлаганата цена. При обявяване на процедура по модернизация на посочените прибори ще бъде публикувано Техническо Задание, което по-подробно ще опише останалите технически характеристики на тръбните двуканални анализатори на разтвор в зависимост от мястото на разполагане в технологичната схема на атомната централа в Козлодуй.

По въпрос №2

2. „В първия параграф на т.2.13 от Техническите изисквания е указано, че изброеният състав на оборудването се отнася за „един енергоблок”. Същевременно, в т.2.13 е указано, че количеството еталонни неутронни анализатори на разтвор е „(за двата блока)-2бр.” Какво е изискваното количество еталонни неутронни анализатори на разтвор?”

Отговор

Това, което е записано в Техническите изисквания – 2бр.