

ОТНОСНО: Постъпило запитване от ф. Мерк по Пазарна консултация № 47659 с предмет „Доставка на UV-VIS спектрофотометър и консумативи за тях”

1. Техническите изисквания относно минималните параметри на UV-VIS спектрофотометрите са посочени в приложената техническа спецификация – табличен вид.
2. Съгласно приложената техническа спецификация областта на измерване на спектрофотометърите трябва да бъде в обхват 190÷1100nm, който не би могъл да се покрие от VIS спектрометър.
3. В индикативното предложение да бъдат включени необходимите консумативи/резервни части (лампи, кювети и др.), за поддръжка работоспособността на спектрофотометрите в рамките на една година, като се посочи съответно техния брой и единична цена. Да се даде и единична цена на всеки реактивен/кюветен тест, приложим за методите с посочените в техническата спецификация – табличен вид, измервателни обхвати.