

Пазарна консултация №48751 с предмет „Доставка генератор на влага”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка генератор на влага”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание на предлаганата апаратура, съгласно приложената по-долу техническа спецификация за съответната обособена позиция;
- единична цена и обща стойност без ДДС – в цената да е включен транспорт и обучение /ако е необходимо/ на персонал за работа с апаратурата;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок, време за реакция при възникнал дефект, време за отстраняване на дефекта;
- информация за производителя на апаратурата;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 18.03.2022 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения е 23.03.2022 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъдат публикувани в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Емилия Митева – Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 34 83, e-mail: EGMiteva@npp.bg

Приложения:

1. Технически спецификации - табличен вид;
2. Образец за индикативно предложение.
- 3.

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Блок: Управление "Качество"

Система: СпО-ТИ

Подразделение: БиК

УТВЪРЖДАВАМ,

ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

04.09.2020 г.

заличено
на
основание
ЗЗЛД

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР "БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО".....

05.09.20 г. /ЕМИЛИЯН ЕДРЕВ/

ДИРЕКТОР "ПРОИЗВОДСТВО" :

01.09.2020 г. /ЯНЧО ЯНКОВ/

заличено на
основание
ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 20.БиК.ТЗ.315

За доставка

ТЕМА: Доставка на генератор на влага

Настоящото техническо задание съдържа техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки.

1. Описание на доставката

Генератор на влага с обхват за температура от 5 ° до 50 ° и относителна влажност на въздуха от 5 %RH до 95 %RH, с вградена референтна сонда и възможност за автоматично измерване на пет измервателни сонди или уреда едновременно.

1.1. Материали, консумативи, машини и оборудване (СМЗ-стоково материални запаси), които трябва да се доставят.

1.1.1. Генераторът на влага е необходим за метрологично осигуряване на средствата за измерване на температура и относителна влажност на въздуха, които се използват за наблюдение и контрол на условията на заобикалящата среда в помещенията.

1.1.2. Генераторът на влага ще се използва като спомагателно оборудване при метрологична проверка на термохигрометрите на лабораториите за проверка и калибриране, акредитираните лаборатории и органи за контрол, а също така и на термохигрометрите за контрол на повишаване влажността на въздуха в технологични помещения на 5 и 6 ЕБ.

1.1.3. Доставка включва:

- генератор на влага - 1 бр.;
- кабел интерфейсен за връзка с РС - 1 бр.;
- софтуер за обработка и анализ на данни - 1 бр.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Не са необходими.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

Основните характеристики на оборудването са представени в Приложение 1.

2.1. Класификация на оборудването

Няма отношение.

2.2. Квалификация на оборудването

Няма отношение.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Основните характеристики на оборудването са представени в Приложение 1.

2.4. Характеристики на материалите

Няма отношение.

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Няма отношение.

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Няма отношение.

2.7. Нормативно-технически документи

В съответствие с нормативно-техническа документация на производителя, като генераторът трябва да отговаря на изискванията на европейските стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост.

2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Генераторът на влага трябва да е произведен не по-рано от 24 месеца от датата на доставката.

Гаранционният срок да е не по-малко от 24 месеца.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Генераторът да бъде доставен в опаковка от производителя, непозволяваща механични повреди по време на транспорт и съхранение.

3.2. Условия за съхранение

Доставката да бъде съпроводена с указания, определящи изискванията за кратко и средносрочно съхранение.

4. Изисквания към производството

4.1. Правилници, стандарти, нормативни документи за производство и изпитване

Генераторът да бъде произведен и изпитан съгласно технологичната и техническа документация на производителя.

4.2. Тестване на продуктите и материалите по време на производство

Доставката да бъде придружена с протоколи/сертификати от изпитания от производителя.

4.3. Контрол от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД по време на производството

Не е необходим контрол от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД по време на производството.

5. Входящ контрол, монтаж и въвеждане в експлоатация

5.1. Тестване на продуктите и материалите при входящ контрол при приемане на доставката, след монтаж и по време на експлоатация.

При доставката на оборудването се извършва общ входящ контрол, съгласно Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в „АЕЦ Козлодуй“, ДОД.КД.ИК.112.

При общия входящ контрол се прави проверка за комплектността и съответствието на съпроводителната документация, проверка за цялост на опаковката, оглед за видими дефекти, проверка на комплектността на доставката и наличие на маркировката.

5.2. Отговорности по време на пуск

Няма отношение.

5.3. Мерки за безопасност против замърсяване с радиоактивни вещества и опасни продукти

Няма отношение.

5.4. Здравни и хигиенни изисквания

Няма отношение.

5.5. Условия за демонтаж, монтаж и частичен монтаж

Няма отношение.

5.6. Условия на състоянията на повърхностите

Няма отношение.

5.7. Полагане на покрития

Няма отношение.

5.8. Условия за безопасност.

Няма отношение.

5.9. Документи, които се изискват при доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация

Доставката да бъде съпроводена със следните документи:

- документ, в които са описани условията за съхранение и срока на годност на български език;
- инструкции за монтаж, експлоатация и техническо обслужване, на български език и в оригинал;
- декларации/сертификати за произход;
- декларации/сертификати за съответствие;
- протоколи/сертификати от изпитания от производителя;
- гаранционна карта;
- оригинална фактура.

Документите, придружаващи доставката да се представят на хартиен носител в 1 екземпляр на оригиналния език, 1 екземпляр на български език и на CD, съдържащо: файлове в оригиналния формат на изготвяне на документите и pdf файлове, създадени чрез използване на сканираща техника – 1 екземпляр. Сертификатите, протоколите и декларациите се представят на оригиналния език, придружени с превод на български език

6. Гаранции, гаранционно обслужване и следгаранционно обслужване

6.1. Услуги след продажбата

Изпълнителят осигурява гаранционно обслужване на доставеното оборудване за определения период на гаранционния срок и осигурява следгаранционен сервиз на оборудването.

6.2. Гаранционно обслужване

Ако в рамките на гаранционния срок се появят дефекти в работата на генератора, които не са вследствие на неправилна експлоатация, Изпълнителят ги отстранява за своя сметка в срок от 45 работни дни от датата на писменото съобщение с описание на дефектите. Ако дефектът не може да бъде отстранен, Изпълнителят заменя дефектиралите части с нови за своя сметка в срок от 8 седмици. Транспортните разходи са за сметка на Изпълнителя. Върху новодоставените части се установява нов гаранционен срок.

7. Изисквания за осигуряване на качеството

7.1. Система за управление (СУ) на Изпълнителя

Производителят да прилага сертифицирана система за управление (СУ) съгласно БДС EN ISO 9001: 2015 „Система за управление на качеството. Изисквания“ или еквивалентен стандарт, което да удостовери с копие на валиден сертификат.

7.2. Програма за осигуряване на качеството (ПОК)

Няма отношение.

7.3. План за контрол на качеството (ПКК)

Няма отношение.

7.4. Одит от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД (одит от втора страна)

Няма отношение.

7.5. Управление на несъответствията

Изпълнителят уведомява „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за несъответствията, открити в хода на изпълнение на дейностите по договора.

7.6. Специфични изисквания по осигуряване на качеството

Изпълнителят да е производител на оборудване за изпитвания и измервания или да е официален представител на производителя, за което да представи документи.

7.7. Обучение и квалификация на персонала на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Няма отношение.

7.8. Приемане на доставката

Доставката да се извърши до склад на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй.
Критерий за приемане на доставката – успешно преминал общ входящ контрол.

7.9. Спазване на реда в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на „Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор“, ДБК.КД.ИН.028.

8. Изисквания към Изпълнителя при използване на подизпълнители/трети лица

При използване на подизпълнители/трети лица, основният Изпълнител по договора носи отговорност за изпълнението на изискванията на ТЗ от подизпълнителите/трети лица за изпълняваните от тях дейности, както и за качеството на тяхната работа.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ТАБЛИЧЕН ВИД

РЪКОВОДИТЕЛ УПРАВЛЕНИЕ "КАЧЕСТВО", ГАЛЯ
НИКОЛОВА

заличе
но на
основа
ние
ЗЗЛД

..... 02.09.2020 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ТАБЛИЧЕН ВИД

№ 20.Бик.ТЗ.315

за доставка на генератор на влага

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1	131742	генератор на влага	Температурен обхват от 5 °C до 50 °C; Разделителна способност $\leq 0,1$ °C; Стабилност $\leq 0,02$ °C при 25 °C; Точност $\leq 0,15$ °C; Хомогенност $\leq 0,2$ °C; Обхват за измерване на относителна влажност от 5 %RH до 95 %RH; Разделителна способност $\leq 0,1$ % RH; Стабилност $\leq 0,5$ % RH; Точност ≤ 2 % RH; Хомогенност $\leq 0,5$ % RH; Размер на работната камера не по-малко от 160 mm диаметър и 320 mm дълбочина; Количество входове за сонди - 5 бр.; Захранващо напрежение 220 VAC $\pm 10\%$, 50/60Hz Интерфейс USB, LAN, кабел за връзка с PC; Тегло ≤ 20 kg.	бр.	1	-	софтуер

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации №48751
с предмет "Доставка генератор на влага"

от
/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	ID на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.е.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС

Цената да включва доставка, монтаж, обучение /ако е необходимо/

Срок на доставка - в календарни дни

Условие на доставка - DDP АЕЦ Козлодуй

Гаранционен срок, време за реагиране при оказан дефект

Съпроводителна документация при доставка

Подпис, печат