

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на радиохимична камина

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество
1	135283	Радиохимична камина	Радиохимична камина: Размери: 1500x900x2200мм /ШхДхВ/. Размерите са ориентировъчни. Точните размери да се уточнят след оглед на място (помещение Б541 в КЗ) от фирмата изпълнител; Работна височина 900мм; Материал на камината: работна камера и работен плот от неръждаема стомана, устойчива на киселини, основи, органични разтворители, несорбиращ химически вещества; Подвързване към съществуващата смукателна вентилационна система; Работен плот с товароносимост по-голяма от 50кг; Термоустойчиви предни стъкла с възможност за повдигане и фиксиране с достъп до целия вътрешен обем. Покритието на повърхостите да позволява извършване на дезактивация с дезактивиращи разтвори; Осветление в горната част на работната камера; Захранване - 230V / 50 Hz; Минимум 2 бр. контакти; Извод за вода с кран и щуцер и отточна мивка; Вентилируем шкаф за химикали с 2 врати и рафтове разположен под работния плот; Шкафът да е киселинно и алкалноустойчив (включително на изпарения на силни киселини); Цвят: сив / светлосив /RAL7035. Оглед, доставка и монтаж на място в лабораторията на с-р "Радиохимия" (помещение Б541) в КЗ на ЕП-2.	брой	1

Допълнителни изисквания:

- Съпроводителната документация да съдържа следните документи:

- сертификати/декларации за произход;
- сертификати/декларации за съответствие;
- инструкция / ръководство за експлоатация, техническо обслужване и поддържане;
- гаранционна карта.

2. Гаранционният срок на доставеното оборудване трябва да бъде не по-малък от 24 месеца от датата на доставка. При възникване на дефекти по доставената камина, в рамките на гаранционния срок, доставчикът трябва да възстанови нормалното и експлоатационно-техническо състояние със свои сили и свои средства.

3. Материалите трябва да са опаковани в оригиналните опаковки на производителя, с осигурена защита на целостта и годността им при транспортиране и съхранение.

Всички документи, придружаващи доставката да са на български език.

4. Оглед, доставка и монтаж на място в лабораторията на с-р "Радиохимия" в КЗ на ЕП-2.

Съгласувал:

Ръководител сект

17.03.2022г.

/П. Герчев/