

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 50654

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на цифров спектрометър модел DSA-LX”

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единични цени и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок / срок на годност;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 23.01.2023 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 30.01.2023 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Христо Пачев - Гл. експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 6140, e-mail: HPatchev@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация - 1 стр.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за „Доставка на цифров спектрометър модел DSA-LX“

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество
1		Спектрометър DSA-LX	Цифров спектрометър: • Цифров сигнален процесор с АЦП с минимум 16384 канала; • Вграден източник на високо напрежение от 0 до ± 5000 V; • Auto P/Z (автоматична настройка на полюси и нули); • Интерфейс USB; • Пълно управление от софтуер GENIE-2000; • Захранване - 220V.	Брой	1

Допълнителни изисквания:

1. Съпроводителната документация да съдържа следните документи:

- сертификати/декларации за произход;
- сертификати/декларации за съответствие;
- препоръки/указания за съхранение;
- инструкция / ръководство за експлоатация, техническо обслужване и поддържане;
- гаранционна карта.

2. Гаранционният срок на доставеното оборудване трябва да бъде не по-малък от 24 месеца от датата на доставка. При възникване на дефекти по доставения цифров многоканален анализатор, в рамките на гаранционния срок, доставчикът трябва да възстанови нормалното му експлоатационно-техническо състояние със свои сили и свои средства.

3. Материалите трябва да са опаковани в оригиналните опаковки на производителя, с осигурена защита на целостта и годността им при транспортиране и съхранение.

Всички придружаващи доставката документи да се представят на хартиен носител на оригинален език и на български език.

4. При получаване на доставката да се извърши общ входящ контрол. Критериите за приемане на доставката са съответствие на техническите параметри на изделието с тези от техническата спецификация.