

Покана за пазарна консултация №56201 с предмет „Доставка на анализатор на влага”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на анализатор на влага”

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложените по-долу технически изисквания;
- единична цена и обща стойност без ДДС;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 23.05.2025г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 30.05.2025г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Петранка Попниколова – Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 24 86, e-mail: paropnikolova@npp.bg

Приложение:

1. Техническа спецификация

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на анализатор на влага

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мерна единица	Количество
1		Анализатор на влага	1. Предназначение Определяне съдържанието на влага чрез термогравиметричен анализ на база загуба на тегло на проба, изсушавана при определена температура. 2. Конфигурация (Функционални характеристики) 2.1. Профил на сушене Възможност за избор на метод (стандартен, бърз, постепенно нарастване, стъпаловиден), в зависимост от материала на пробата за анализ. 2.2. Температура на сушене Възможност за настройка на температурата в диапазон 40°C÷200°C (на стъпки от 1°C). 2.3. Критерий за изключване Възможност за избор на критерий за изключване – ръчно, програмирано, автоматично. 2.4. Потребителски единици Възможност за създаване на собствена потребителска тегловна единица (въвеждане на фактор за превръщане на грам в избрана единица за влага). 2.5. Диапазон на влажност: 0%÷100%. 2.6. Разделителна способност: 0.01% / 0.001g 2.7. Размер на платформата (блюдо): 90mm 2.8. Нагревателен елемент 2.9. Принтер (матричен)	бр.	1

Допълнителни изисквания:

Апаратът да е нов, неупотребяван, произведен не по-рано от януари 2024 година.

Да има жизнен цикъл не по-малко от 10 години от дата на доставка.

Гаранционният срок да бъде не по-малко от 2 години след инсталация и доказване на функционалните характеристики.

Изпълнителят да е оторизиран представител на производителя за доставка и извършване на сервисна дейност.

Изпълнителят да извършва инсталиране и доказване на техническите и функционални характеристики.

Изпълнителят да декларира възможност за оказване на методическа помощ при експлоатация на апарата, сервисна поддръжка и доставка на резервни части за период не по-малък от 10 години.

Към доставката да бъдат включени необходимите специфични консумативи.

Заличено
на
основани
е ЗЗЛД

С
Р
/

.....
вска /