

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ № 56367

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Калибриране и техническо обслужване на преносим ултразвуков разходомер FLUXUS F 601 Multifunctional”

Предложенията следва да включват:

- Цена за изпълнение на услугата съгласно изискванията, посочени в Приложение 1 - Технически изисквания;
- Информация за срока на изпълнение;
- Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 25.06.2025 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача -Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

Краен срок за подаване на индикативни предложения до 01.07.2025 г. на e-mail: commercial@npp.bg.

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани в профила на купувача - Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл.20, ал.4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Силвия Брешкова, Началник отдел „Договори”, Управление „Търговско”, тел. +359 973 7 3977.

Приложения:

1. Технически изисквания;

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за калибриране и техническо обслужване на преносим ултразвуков разходомер FLUXUS F601 Multifunctional

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Коли чество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1		Калибриране и техническо обслужване на преносим ултразвуков разходомер FLUXUS F601 Multifunctional	<p>Калибриране на следната апаратура:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ултразвуков разходомер FLUXUS F601 Multifunctional -Трансдюсер тип CDS1NZ7 - 2 к-т -Трансдюсер тип CDQ1NZ7 -Трансдюсер тип CDQ1EZ7 -Трансдюсер тип CDM1NZ7 -Трансдюсер тип CDM1EZ7 -Трансдюсер тип CDG1NZ7 - 2 к-т -Трансдюсер тип CDK1NZ7 <p>Техническо обслужване:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подмяна на батерия - Актуализация на базовото програмно осигуряване /firmware/ 	к-т	1	-	