

Индикативно предложение по проведена пазарна консултация № 56368 с предмет
"Доставка на еталонни източници на йонизиращи лъчения за калибриране на средства за измерване"
от

Тита-Консулт ООД, 831508563, ул. "Лъвски рид" № 20, 1680 гр. София,
029640950, office@thetaconsult.com, Ивайло Пастухов, Ръководител ОРК
/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	ID	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	К-во	М. ед.	Ед.цена без ДДС	Обща ст-ст
1	129866	Източник широкоплощен еталонен радиокативен, нуклид ^{241}Am - Обща активност: $\approx 2000 \text{ Bq}$ с толеранс $+20/-10\%$ - Неопределеност: $\leq 5\%$, (при $k=1$) - Class 2 в съответствие с ISO 8769 - Площ на активната повърхност 100 cm^2 (10x10cm) - Произведен по метода на инкорпориране на активността в микропори на тънко алуминиево фолио	брой	1	16757.70	16757.70
2	142253	Източник широкоплощен еталонен радиокативен, нуклид ^{60}Co - Обща активност: $\approx 3000 \text{ Bq}$ с толеранс $+20/-10\%$ - Неопределеност: $\leq 5\%$, (при $k=1$) - Class 2 в съответствие с ISO 8769 - Площ на активната повърхност 100 cm^2 (10x10cm) - Произведен по метода на инкорпориране на активността в микропори на тънко алуминиево фолио	брой	1	16757.70	16757.70
3	142255	Източник широкоплощен еталонен радиокативен, нуклид ^{90}Sr - Обща активност: $\approx 2000 \text{ Bq}$ с толеранс $+20/-10\%$ - Неопределеност: $\leq 5\%$, (при $k=1$) - Class 2 в съответствие с ISO 8769 - Площ на активната повърхност 100 cm^2 (10x10cm) - Произведен по метода на инкорпориране на активността в микропори на тънко алуминиево фолио	брой	1	16757.70	16757.70

Срок на доставка - 180 календарни дни

Условие на доставка - DDP, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Гаранции, гаранционно обслужване - 12 месеца

Производител - Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH

Съпроводителна документация при доставка - Сертификати на радиоактивните източници

Ръководител ОРК: /

/