



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Номер на обявлението: 57352/02.12.2025 г.		
Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Град: Козлодуй	Пощенски код: 3321	Страна: Р. България
Лице за контакт: Цветелина Т. Йотова Експерт “Маркетинг”	Телефон: +359 973 7 61 63	
E-mail: ctyotova@npp.bg		
Обект на поръчката: ☐ Строителство ☒ Доставки ☐ Услуги		
Предмет на поръчката: Доставка и монтаж на 2 бр. лабораторни шкафа за съхранение на източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) и опасни химикали		
Кратко описание: Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация		
Условие на доставка: DDP АЕЦ „Козлодуй“		
Обособени позиции: ☐ Да ☒ Не		
Условия, на които трябва да отговарят участниците: Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образование, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.		
Критерий за възлагане: ☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: ☐ Цена и качествени показатели ☐ Разходи и качествени показатели ☐ Ниво на разходите ☒ Най-ниска цена		
Срок, място и начин за представяне на оферти: Дата: (дд/мм/гггг) 09.12.2025 г. Час: (чч:мм) 16,00ч. На e-mail: commercial@npp.bg Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка, за която участва и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт Срок на валидност на офертите (минимум 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти): Дата: (дд/мм/гггг) 09.02.2026 г.		

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- Информация за:
 - Срок за доставка и монтаж –/в календарни дни/;
 - Условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй;
 - Предлагана цена за доставка на 2 бр. лабораторни шкафа, като се включат всички разходи за доставка до Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми:
- Участникът посочва единични цени и обща стойност в лева и евро без ДДС, като превалутирането от левове в евро се извършва, като числовата стойност в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая, съгласно чл. 12 от Закона за въвеждане на еврото в България. Официален курс на БНБ: 1 EUR = 1,95583 BGN.
- В съответствие с чл.15, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, общата цена се обозначава в евро и в левове за периода 08.08.2025 г. - 31.12.2026 г.;
- Начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от дата на приемане на доставката без забележки;
- Гаранционен срок и срок за отстраняване на възникнал дефект по време на гаранционния срок /съгласно техническата спецификация/;
- Списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка:
 - Декларация за произход;
 - Сертификат/декларация за съответствие.

Всички документи да са на български език.

Валидност на офертата – минимум 60 календарни дни.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на 2 броя лабораторни шкафа (1 без и 1 с филтър и вентилатор) за отдел "Радиоекологичен мониторинг"

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка / мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ и др.	Други изисквания
1	147096	Лабораторен шкаф за съхранение на химикали	- Материал на изделието – галванизирани стомана с дебелина 10/10 мм с киселиноустойчиво покритие, нанесено при 200°C - Дебелина на покритието от минимум 60 µm до максимум 250 µm - За съхранение на до 90л химикали (киселини и основи) - 3 рафта от електрогалванизирани стомана с киселиноустойчиво покритие – формата на рафта да е такава, че при разливане на течности при счупване да остава в рафта - Капацитет на рафта при разливане – приблизително 7л и товароносимост до 40 кг - Водонепропусклив контейнер в основата, от електрогалванизирани стомана с киселиноустойчиво покритие с капацитет при евентуално разливане до 14л	брой	1	- UNI EN ISO 9001:2008	Гаранционен срок – минимум 2 години Продуктът да бъде доставен със сертифицирана палетизирана основа за лесно транспортиране на шкафа с отстраняем капак

- Продължава на следващата страница

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка / мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ и др.	Други изисквания
			- Вратата се отваря до 110° за лесно изваждане на рафтовете без накланянето им - Заклучване на вратата - Киселинноустойчиви панти - Предупредителни стикери на вратата - Връзка за заземяване за разреждане на статичното електричество - Крачета за нивелиране - Външни размери – ≤ 600 мм x ≤ 500 мм x ≤ 1690 мм височина - Вътрешни размери – ≤ 530 мм x ≤ 463 мм x ≤ 1533 мм височина - Тегло – до 83кг - Вместимост – минимум 350л - Външна монолитна конструкция, изцяло уплътнена			EN DIN 4844 ISO 3864	

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка / мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ и др.	Други изисквания
2	147097	Лабораторен шкаф за съхранение на химикали с филтър и вентилатор	- Материал на изделието – галванизирана стомана с дебелина 10/10 мм с киселиноустойчиво покритие, нанесено при 200°C - Дебелина на покритието от минимум 60 µм до максимум 250 µм - Напълно самостоятелни отделения (крила) - 2 рафта от електрогалванизирана стомана с киселиноустойчиво покритие – формата на рафта да е такава, че при разливане на течности при счупване да остава в рафта - Отстраняеми и регулируеми рафтове със заключване против падане - Капацитет на рафта при разливане – приблизително 6л и товароносимост до 100кг - Водонепропусклив контейнер в основата, от електрогалванизирана стомана с киселиноустойчиво покритие с капацитет при евентуално разливане до 12л - Вратата се отваря до 180° за лесно изваждане на рафтовете без накланянето им	брой	1	EN 61010-1, EN 16121, EN 16122 , PPP 52125A UNI EN ISO 9001:2008	Гаранционен срок – минимум 2 години Продуктът да бъде доставен със сертифицирана палетизирана основа за лесно транспортиране на шкафа с отстраняем капак

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка / мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ и др.	Други изисквания
			- Заклучване на вратата - Киселинноустойчиви панти - Филтър от активен въглен Carbox® разположен във вътрешността на шкафа - Вентилатор/аспиратор с термична защита IMQ IPX4 изработен от полимер клас V0 Захранващо напрежение: 220/230 V Максимална консумирана мощност: 21W Предпазител 5x20 F 500 µA - Вкл./Изкл. Лампа - Предупредителни стикери на вратата - Връзка за заземяване за разреждане на статичното електричество - Крачета за нивелиране - Външни размери – ≤ 900 мм x ≤ 500 мм x ≤ 700 мм височина - Вътрешни размери – $\leq 450+450$ мм x ≤ 465 мм x ≤ 555 мм височина - Тегло – до 55кг - Вместимост – минимум 220л			EN 60335-1, EN 60335-2-80 и EN 50366 EN DIN 4844 ISO 3864	