

До: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Във връзка с: Пазарна консултация №58138 с предмет: „Внедряване на нова еталонна гама облъчвателна линия”

Уважаеми Госпожи и Господа,

I Моля да поясните дали правилно сме разбрали техническото задание:

Дейността трябва да включва:

1. Изготвяне на работен проект (РП) за Първа част- "Демонтаж и извеждане от експлоатация на съществуваща гама облъчвателна линия КИС НРД МБ, в съответствие с нормативните изисквания за дейността" : Трябва да включва план за извеждане от експлоатация във връзка с получаване на разрешение за извеждане от експлоатация.

Получаването на разрешение за извеждане от експлоатация от АЯР е задължение на Възложителя

2. Демонтаж и извеждане от експлоатация на съществуваща гама облъчвателна линия КИС НРД МБ
3. Изготвяне на работен проект (РП) Втора част - "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова гама облъчвателна линия в съответствие с нормативните изисквания за дейността": Включва
 - работен проект по Част "Архитектурна
 - работен проект по Част Конструктивна"
 - работен проект по Част Електрическа
 - работен проект по Част ТОВК
 - работен проект по Част ПБ
 - работен проект по Част ПБЗ
 - работен проект по Част План за управление на строителни отпадъци
 - работен проект по Част Радиационна Защита

Работният проект се приема на Специализиран технически съвет (СТС) от Възложителя.

Получаването на разрешение за строителство и монтаж от АЯР е задължение на Възложителя

4. Доставка на нова еталонна гама облъчвателна линия в едно с радиоактивните източници, допълнително оборудване, материали и изделия, необходими за изпълнение на дейностите;
5. Извършване на необходимите СМР.
6. Монтаж, зареждане на радиоактивните източници и въвеждане в експлоатация на нова еталонна гама облъчвателна линия.

II Във връзка с изискването за Демонтаж и извеждане от експлоатация на съществуваща гама облъчвателна линия КИС НРД МБ, **Може ли да уточните:**

1. Разполага ли възложителя със защитни/транспортни контейнери в които да се съхраняват източниците на йонизиращо лъчение вградени в гама-облъчвателна линия КИС ИР Д МБ, подлежаща на извеждане от експлоатация и демонтаж?
2. ИИЛ от гама-облъчвателна линия КИС ИР Д МБ, ще се предадат на ДП РАО като РАО или ще се използват за други цели?

III Доставка на нова гама еталонна облъчвателна линия **Може ли да уточните:**

1. Допустимо ли е да се предложат ИИЛ, които не покриват изискването за проследимост на активността на източниците към национален или международно признат еталон, поради факта, че няма международно признат еталон който да покрива диапазона от изисквани активности?
2. Допустимо ли е да се предложат ИИЛ, които не покриват комбинацията активност/специфична активност.
3. Допустимо ли е да се предложат ИИЛ, които са с отклонение в активността +20% до – 20% от изискваната.
4. Допустимо ли е изискването в т 2.1.8. Хелий неонов лазер- 2 броя за позициониране на СИ да се заменят с твърдотелни
5. Има ли изискване в точка 2.1.10 от ТЗ Колиматори- 3 броя те да съответстват на БДС EN ISO 4037
6. Допустимо ли е изискването в т 2.3 от ТЗ един брой преносим дозиметър да се предложи прибор одобрен тип в Република България или вписан в регистъра на типове средства за измерване по реда на чл. 473 от НСИКПМК, но с различни от изискваните параметри.
7. Допустимо ли е изискването в точка 13.9.3 от ТЗ : Изпълнителят да разполага със Сертификат/ свидетелство за калибриране към единицата за мощност на въздушната керма в обхват 0,5 $\mu\text{Gy/h}$ до 5 Gy/h с проследимост до национален/международен еталон за новата гама еталонна линия, Да се представи след монтаж и пускане в експлоатация на апаратурата, поради факта, че то няма как да се представи на ниво оферта и/или преди линията да бъде монтирана и съответно материализирана.

07.05.2026 г.

гр. София